

# HCR-685润滑油过滤性测定仪

产品名称	HCR-685润滑油过滤性测定仪
公司名称	河南海克尔仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	荥阳市京城路与荥运路交叉口（荥阳市产业聚集区内）（注册地址）
联系电话	13673606977

## 产品详情

HCR-685润滑油过滤性测定仪，本仪器符合SH/T0805标准制造，适用于测定以矿物油为基础，尤其是液压系统中液压油的过滤性能；适用于测定按GB/T3141粘度分类规定的粘度等级不超过100的油品。HCR-685润滑油过滤性测定仪适用标准: SH/T0805过滤器：精密不锈钢过滤器 340ml压力调节: 精密减压阀调节，精度  $\pm 1\text{KPa}$  试样摇匀：数显计时器控制，自动停止摇匀方式：减速齿轮电机驱动，自动颠倒试样搅拌电机搅拌 1500r/min  $\pm 50$  r/min 计时方式: 多通道多功能计时器溶剂接收器: 专用溶剂过滤接收器工作电源: AC220V  $\pm 10\%$  50Hz