

长丰CSS-090盐雾腐蚀试验箱怎么用

产品名称	长丰CSS-090盐雾腐蚀试验箱怎么用
公司名称	广东长丰仪器有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:CSS-090 产地:广东东莞
公司地址	长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号
联系电话	0769-81769118 13922972915

产品详情

手机：13922972915。

盐雾腐蚀试验箱广泛应用在电子电工、科研学校、军工单位、国家科研所等行业。该设备主要由控制系统、喷雾系统组成。适用于模拟海洋周边气候对产品造成的破坏性的一种试验设备。腐蚀性溶液被压缩空气喷成雾气，这些雾气在试验箱内包围测试样品。测试可以是连续性或是循环的。各样品的耐腐蚀能力定义为样品出现腐蚀的时间，时间越长表明耐腐蚀性能越好。

关于盐雾腐蚀试验箱怎么用，我们首先来看看这些不可忽略的细节：

- 1、试验箱在安装时箱体外壳必须接地，如果试验箱没有接地，一旦漏电则会有电击危险。
- 2、不要在设备没有安装好之前运行设备。
- 3、确保安装可靠后再进行试验。
- 4、使用试验箱之前请仔细阅读说明书中安全要求和设备上的安全标识。
- 5、试验工作结束，不用试验箱时，务必关掉总开关，以防雷击等意外情况。
- 6、如果箱内放置发热试样时，试样控制电源请使用外加电源，不要直接使用本机电源。
- 7、警示内有试样时移动试验箱，否则试样可能反转或跌落。
- 8、试验箱必须水平安装，否则可能会引起报警或控制不稳。

盐雾腐蚀试验箱操作要点

- 一、盐雾试验箱放置位置后面离墙约50cm。左右两侧适当保留维修空间。
- 二、机器总电源线之前，请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关。
- 三、排雾管可用直径50的PVC硬管沿伸至室外，注意排雾管安装，要由管口高度直线向下倾斜。
- 四、盐雾试验箱的安装位置，请避免阳光直接照射，以免影响测试的条件。
- 五、箱体为PVC塑料制成，防止碰撞，使用温度请勿超出试验标准范围，以免因过热而变形。

六、超温指示灯：当超温灯亮时，试验室超温被保护，请检查温度仪表温度设定是否过高，或温控温度设定是否过低。

七、低水位指示灯：低水位灯亮时，试验室或饱和器缺水被保护，将切断操作电源，此时应检查试验室或饱和器是否漏水。

八、结束指示灯：此灯亮时，表示试验结束。

九、盐雾试验箱电源：380V/220V50Hz。