

# 山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN

产品名称	山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:MC2-XWHM-Y 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN纤小精制，为防止有害气体提供了经济实惠的保护。借助简单的单按钮操作，多种气体探测器提供大程度的易用性，并大大缩短了用来培训用户的时间。GasAlertMicroClip XT与BW的MicroDock II自动测试和校准系统完全兼容。

山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN技术指标：

- 1、检测气体：一氧化碳、硫化氢、氧气、20多种可燃气体
- 2、测量范围：0-100ppm (H<sub>2</sub>S) 0-1000ppm (CO) 0-30.0% (O<sub>2</sub>) 0-100LEL (可燃气体)
- 3、校准：自动校准和归零
- 4、背光：低光/报警时自动背光开启；以及根据指令重新启动
- 5、传感器：插接式、电化学传感器(毒气和氧气)；催化燃烧传感器(LEL)
- 6、设置内容：校准周期、开启或关闭某种气体；开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、“安全”显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、多语言、可燃气体单位选择等
- 7、报警指示：声、光和振动三种报警方式
- 8、光报警：两段明亮的广角闪烁光(典型)
- 9、声报警：变化的95dB (30cm)的脉动声

- 10、振动报警：内置脉冲振，适用于高噪声区
- 11、其它报警：低电量、过量程、传感器失效报警
- 12、报警设置：开机时显示
- 13、警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报；针对H<sub>2</sub>S、CO的TWA（时间加权平均值）和STEL（短期暴露极限）警报；以及OL（超限警报）；
- 14、显示方式：LCD数字图表连续实时显示H<sub>2</sub>S、CO、O<sub>2</sub>以及可燃气体的浓度（0-100LEL或0-5.0%甲烷）和警示状态
- 15、自检：开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
- 16、配置：1个可燃气通道3个其它毒气通道（可选）
- 17、取样方式：扩散/电动泵吸式
- 18、电源：NiMH锂聚合充电电池
- 19、电池工作时间：14小时（标配）/8小时（使用泵吸式取样时），不到3小时即可完成充电
- 20、工作温度：-15 至+45（连续检测）；25 至+50（非连续检测）
- 21、工作湿度：5%--95%RH(非冷凝)
- 22、设计标准：EMI/RFI 遵从EMC 89/336/EEC标准
- 23、尺寸：4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7x 6.0 x 3.6cm
- 24、重量：5.6 盎司/160克
- 25、防护等级：IP66/67
- 26、评级和认证：ATEX: X g II 1 G T4、 EEx ia IIC T4；IECEX: Ex ia IIC T4；Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D；American Bureau of Shipping
- 27、事件记录：可记录超过10个报警事件，包括气体种类、大暴露值、报警持续时间等
- 28、数据记录：用户可下载的数据记录仪，滚动记录16小时数据，默认记录时间间隔15秒
- 29、使用寿命：O<sub>2</sub>/有毒气体 2年，其它 3年

山西四合一气体检测仪MC2-XWHM-Y-CN配置信息：

1、增值的受限空间工具包配置：

检测仪、标准附件及一个IR连接套件、带泡沫衬里的硬质手提箱；

MicroDock II - 自动校准与测试站；SamplerPak - 电动采样泵；

辅助过滤器；手工采样套件 - 吸气泵；车载仪表板固定附件

2、标准配置：GasAlertMicroClip XT

配有传感器（根据指定）、不锈钢鳄鱼夹、锂电池和充电器、校准盖/软管、说明书和交互式培训光盘。