

# 手术室保温柜保冷柜厂家

产品名称	手术室保温柜保冷柜厂家
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 容积:150-430L 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

手术室净化工程竣工后建设单位应组织医疗部门、使用洁净室的相应科室、设计和施工单位依照工程设计文件和《医院洁净手术部建筑规范》(GB50233-2002)、《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243-2002)和《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)等有关施工质量验收规范对洁净室进行严格的质量验收,并应委托有资质的第三方检测单位对洁净室内洁净度对照设计文件和有关标准规范进行检测.

手术室保温柜保冷柜厂家用途--现代手术室护理理念以病人为,注重手术病人生理、心理和社会方面的需求,协助病人解决问题。顺利、安全渡过手术期是护士应尽的责任。在手术期间,手术病人发生低体温造成的危害引起广泛的重视。有研究显示,在手术室环境中,有50%~70%的手术病人会出现意外低体温。福意联手术室恒温箱用于医用药液37℃加温及恒温保存,有效降低低体温症的发生。本产品适可加温液体药品、冲洗液、、造影剂、透析液、B超液等。

手术室保温柜保冷柜厂家产品说明--手术室是医院核心部门之一,因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着医院整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存,但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

手术室保温柜FYL-YS-151L产品参数:

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm  
型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm  
型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm  
型号:FYL-YS-310L

容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm-----高配手术室保温柜:  
型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm 型号:FYL-YS-281L  
容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm 型号:FYL-YS-431L  
容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm-----  
-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8  
尺寸:430×480×640mm 型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8  
尺寸:480×490×840mm 型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10  
尺寸:550×560×850mm-----

【产品型号】FYL-YS-150L【容 积】150L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(36g)【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

手术室保温柜保冷柜厂家其他要求：（1）投标样板及样本要求：a、各投标人拟用的不锈钢板、天然橡胶卷材、PVC卷材、防锈铝板等材料，投标时必须提供材料样块，规格不限（单独包装密封递交）。b、各投标人拟用净化空气处理机组、隔离电源系统设备、定风量阀、过滤器主要设备，投标时必须提供制造厂家授权书及彩色印刷样本资料（装入投标文件）。

（2）安装、调试及装饰工程有关要求：a、各标段投标人须承诺与土建、弱电安装、设备吊塔、手术灯、消防、水电安装单位或工序密切配合，保障项目安装实施的整体性，并承担配合所产生的费用。b、承包人遵守现场的一切规章制度，应自行负责施工现场的安全管理，安全、文明安装和调试；c、承包人负责保管、看护进场的设备及附件；d、承包人应对设备、安装装饰设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；e、承包人安装装饰人员对邻近建筑结构设备、管线等造成损坏，应由承包人负责修复及承担一切费用；f、无论安装装饰期间或保修过程中，承包人负责及时清理自己工作中所产生的垃圾；g、承包人安装装饰期间，承担安装装饰场所的安全以及设备和安装装饰人员的安全责任；（3）其他条款须响应招标文件要求。验收标准及方法(其他条款须响应招标文件要求)验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：（1）GB50333-2002（施工验收部分）（2）GB50242-2002（3）GB50243-2002（4）JGJ71-90验收的方法按相关施工验收规范的规定执行，分安装完工验收和综合性能全面评定两个阶段，详见GB50333-2002第10.2.1—10.3.4条。竣工验收的主要基本文件及记录如下：（1）开工报告；（2）图纸会审记录、设计变更通知和竣工图；（3）主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告（进口设备需提供报关单）；（4）水管道压力试验记录（水压试验）；（5）风管系统检验记录（漏风试验记录）；（6）隐蔽工程验收记录；（7）中间验收记录；（8）设备单机试运转记录；（9）系统无负荷联合试运转记录；（10）分部（子分部）工程质量验收记录；（11）观感质量综合检查记录；（12）安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定；（13）系统使用说明与维护指引。质量保证期及质保服务 具体条款详见招标文件要求