

# 宁波导尿管全套检测设备 寰正科技 导尿管全套检测设备型号

产品名称	宁波导尿管全套检测设备 寰正科技 导尿管全套检测设备型号
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

## 产品详情

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内知名企业，并多次参与过国家标准论证，本着“创新、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计更可靠的产品，提升产品品质，在医疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

留置导尿管注意事项：

尿袋高度要低於膀胱位置 (但不可置放於地上)，以防尿液逆流。

接头不可鬆脫，應保持密閉，以防受污染，且尿袋出口处應隨時閉，即應維持密閉的引流系統。

尿管不可扭曲或受壓，以防阻塞，而且不可拉扯，以防出血。

男性的病人尿管正確固定的方法：尿管宜固定於大腿外。

小腿尿袋的固定，應鬆緊合宜的綁於小腿，膠布固定應穩固，活動時不會牽扯。

鼓勵病人多喝水，每天尿量至少 1500 cc 以上，避免感染及尿路阻塞。

尿袋應每隔八小時或當尿袋尿量超過 700 cc 時應倒掉，不可積太多，倒尿時勿使尿袋出口处受到污染。

必須每天確實用肥皂，清水沖洗陰部，

导尿管相关尿路的感染方式主要来源于逆行性感染。医疗机构和医务人员应当针对危险因素，加强导尿管相关尿路的感染的预防与控制工作。下面就由寰正科技的小编为大家简单的讲解一下吧。

## 导尿管全套检测设备

### 置管时

- (1)医务人员要严格按照《医务人员手卫生规范》，导尿管全套检测设备型号，认真洗手后，戴无菌手套实施导尿术。
- (2)严格遵循无菌操作技术原则留置导尿管，动作要轻柔，避免损伤尿道粘膜。
- (3)正确铺无菌巾，避免污染尿道口，保持无菌屏障。
- (4)充分消毒尿道口，防止污染。要使用合适的消毒棉球消毒尿道口及其周围皮肤粘膜，棉球不能重复使用。男性:先洗净包皮及冠状沟，然后自尿道口、龟头向外旋转擦拭消毒。女性:先按照由上至下，由内向外的原则清洗外阴，然后清洗并消毒尿道口、前庭、两侧大小阴唇，最后会阴、肛门。
- (5)导尿管插入深度适宜，插入后，销售导尿管全套检测设备，向水囊注入10-15毫升无菌水，轻拉尿管以确认尿管固定稳妥，不会脱出。
- (6)置管过程中，指导患者放松，协调配合，避免污染，如尿管被污染应当重新更换尿管。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内知名企业，并多次参与过国家标准论证，曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、YY0332-2011植入式给药装置等。本着“创新、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计更可靠的产品，导尿管全套检测设备厂家，提升产品品质，宁波导尿管全套检测设备，在医疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。下面就由寰正科技的小编为大家简单的讲解一下吧。

## 导尿管全套检测设备

导尿管相关尿路的感染主要是指患者留置导尿管后，或者拔除导尿管48小时内发生的泌尿系统感染。

临床诊断:患者出现尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症状，或者有下腹触痛、肾区叩痛，伴有或不伴有发热

，并且尿检白细胞男性 5个/高倍视野，女性 10个/高倍视野，插导尿管者应当结合尿培养。

患者虽然没有症状，但在1周内内镜检查或导尿管置入，尿液培养革兰阳性球菌菌落数  $10^5$ cfu/ml，革兰阴性杆菌菌落数  $10^4$ cfu/ml，应当诊断为无症状性菌尿症。

宁波导尿管全套检测设备-寰正科技-导尿管全套检测设备型号由济南寰正科技发展有限公司提供。宁波导尿管全套检测设备-寰正科技-导尿管全套检测设备型号是济南寰正科技发展有限公司（[www.jnhzkeji.com](http://www.jnhzkeji.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张宗红。