

手术室保温柜480 × 490 × 840mm 100L

产品名称	手术室保温柜480 × 490 × 840mm 100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜 尺寸:480 × 490 × 840m 容积:100L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室保温柜480×490×840mm 100L公司说明-<P>福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、运输保温箱等。各界人士来人咨询来函垂询光顾，洽谈。 </P>

详细介绍

手术室保温柜480 × 490 × 840mm 100L产品说明--

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有7、8个年头。产品在内地已经深受已经净化工程单位的认可，的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

.....

..... 手术室保温柜和保冷柜使用说明
手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。
手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

..... 手术室保温柜480 × 490 × 840mm 100L公司说明--

北京福意电器有限公司为了满足不断增长的市场需求，采用同步的管理、经营，依托数控设备的优良工艺，并以合理的价格立足于，为乃性能的恒温冷藏设备。用于高校、、科研、、卫生、实验室、、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于存储相关有温度要求的物品。

手术室保温柜480×490×840mm 100L产品参数:

常规性手术室保温保冷柜：型号：FYL-YS-150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm高配手术室保温柜：型号：FYL-YS-151L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm手术室保冷柜：型号：FYL-YS-66L温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-128L温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】无氟制冷剂【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V, 50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】(宽×深×高)：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架3个5、钥匙2把

手术室保温柜480×490×840mm 100L相关:

洁净手术室净化的一些强制要求

- 1 洁净手术室必须分为洁净区与非洁净区，洁净区与非洁净区之间必须设缓冲室或传递窗。
- 2 洁净手术部的平面布置应对人员及物品(敷料、器械等)分别采取有效的净化流程，净化程序应连续布置，不应被非洁净区中断。
- 3 洁净手术室与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。
- 4 净化空调系统空气过滤少设置优良空气过滤。
- 5 洁净用户内严禁用普通的风机盘管或空调器
- 6 排风管出口不得设在夹层内，应直接通向室外。
- 7

静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化设施。 8 洁净手术室必须保用电可靠性，当采用双路电源有困难时，应设置备用电源，并能在1min内自动切换。 9
洁净手术室内用电应与辅助用房用电分开，每个手术室的干线必须单独敷设。 10
洁净手术室内禁止设置优良通讯设备。 11 -外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统。 12
洁净手术室应设在耐火等级不低于二级的建筑物内。