

英思科GasBadge EX (GB90) 可燃气体报警仪

产品名称	英思科GasBadge EX (GB90) 可燃气体报警仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:GasBadge EX 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

英思科GasBadge EX (GB90) 可燃气体报警仪外观小巧新颖，携带方便，高性能催化燃烧式传感器，声光振动报警，设置模式和调零标定可以密码保护，工作状态提示功能，标气浓度及高低报警设置点可调，30天自动数据记录、下载，高性能锂离子电池，运行时间更长。

英思科GasBadge EX (GB90) 可燃气体报警仪技术参数：

- 1、外 壳：聚碳酸酯外壳，坚固，放水防腐、防电磁辐射
- 2、尺 寸：81.3x48.3x27.9mm
- 3、重 量：140g
- 4、传 感 器：高性能催化燃烧式传感器
- 5、测量范围：0 ~ LEL
- 6、分 辨 率：0.1%LEL
- 7、响应时间 (T90)：< 15秒
- 8、显 示：带背景灯，LCD图标显示，气体数据直读
- 9、警 报：用户预置高低报警，声光振动报警
- 10、电 池：可充电锂离子电池

11、运行时间：少15小时

12、数据记录：连续记录，记录近15次报警时刻和时间，峰值记录。通过红外接口下载数据或直接打印

13、数据采集：每分钟间隔，30天记录留存

14、温度范围：- 40 ~ 60 ；

15、湿度范围：0~ 99%（非冷凝）

16、认证：中国防爆合格证（20621872）；Ex ia IIC T4(防爆等级)；CMC

英思科GasBadge EX（GB90）可燃气体报警仪清洁保养：

必要时请用柔软而干净的布擦拭仪器外壳。请确保传感器的扩散膜完整无碎片，保证声光报警通口处清洁，无外物堵塞。

电池充电

为保证仪器检测的准确性，建议用户每一个月对仪器重新标定一次。如果仪器产生过超量程报警，请用户在下一次使用前对仪器重新标定。

在使用仪器前须将锂离子电池在安全区域充足电。要给内置电池充电，请将充电器充电导线的插头插入充电座的充电端口中，并确保连接妥当。然后将仪器放入充电座中，保证仪器后面的两个触点与充电座的两个金属弹片可靠接触，插上电源（充电座后的绿色显示灯亮），仪器一般在5小时内充满电。

仪器充满电后，常温下待机时间可达14小时。随着电池电量的减少，仪器显示屏上电池电量图标的阴影也随之减少。在电池电量只剩下几分钟的电量的时，仪器会发出有规律的提示声，提醒您该给仪器充电了。

如果仪器因为没电后关机，请您及时为其充电。

标定