

电动液压骨科影像手术床、电动影像手术床、电动骨科影像手术床

产品名称	电动液压骨科影像手术床、电动影像手术床、电动骨科影像手术床
公司名称	兖州市众佳医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兖州市南环路443号
联系电话	0537-3657866 15963032866

产品详情

电动液压骨科影像手术床、电动影像手术床、电动骨科影像手术床、电动液压骨科影像手术床1、采用偏心床柱设计：床面最大无阻挡透X光区域 1500mm,为术中使用C形臂或术中造影提供最便利的条件，确保颈部、胸部、腹部、腿部拍片没有任何阻挡。

2、控制系统：由A、B两套控制电路、两套控制器构成，A套作为正常使用、B套作为备用

3、活动床板：由头板、上背板、下背板、臀板、分体式小腿板、大腿板六部分组成，头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸及下折，便于安装悬空式骨科牵引架、妇产科、泌尿科冲洗设备。腿板可平行外展，便于医生站位，床板均可透过X光线,头版腿板可拔插式互换。

4、在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度 600mm，保证头部、颈部、肩部等手术要求，手术床采用方框式连接装置，头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。

5、关键升降立柱部分：手术床升降立柱 3节（提供权威机构证书证明材料）德国工艺设计，承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

6、体位调节方式：全进口电动液压手术床设计，以下体位采用电动液压调节并且在控制器上具有相应的一键式功能键：床面升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板倾斜、胸桥、肾桥、水平位、电动刹车、解锁。

7、电动控制系统：

7.1具有两套独立的电子控制操作系统（有线控制和手术床体备用操作主板）

7.2控制器为全功能轻触式设计，具有一键回“0”数字显示屏

功能

8、材料：

8.1整床、基座及附件均采用高含量镍铬合金，经久耐用，并且保证无任何死角，便于清洁

8.2床垫：采用特殊泡沫海绵芯制成，厚度 60mm,可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用超声波焊接工艺，密封性能好。具有X光可透性，导静电，不漏液体，可拆卸等特性

9、手术床总体技术参数：

(1) 台面高度调节范围：低位 600mm，高度调节范围 350mm

(2) 床面长度： 2050mm

(3) 床面宽度： 500mm

(4) 头倾、脚倾： 30°

(5) 左倾、右倾： 18°

(6) 最大承重量： 270kg

十、手术床具体技术要求：

(1) 标准头板上折/下折： 45° / 60°

(2) 背板(上下)： 68° / 25° (标准模式) 80° / 105° (反向模式)

(3) 腿板(上下)： 80° / 105° (标准模式) 68° / 25° (反向模式)

(4) 整体式脚板：可电动调节，头版腿板可互换。

标准配置：

1. 优质304#不锈钢四段床体 1台
2. 万向肩托、万向腰托 1对
3. 德国进口液压动力系统 1套
4. 有线遥控器 1个
5. 托脚架 2件
6. 托手架 2件
7. 记忆海绵床垫 1套
8. 缚手带 1付
9. 麻醉屏架 1付