

电厂在线烟气监测仪 CEMS系统烟气在线监测设备

产品名称	电厂在线烟气监测仪 CEMS系统烟气在线监测设备
公司名称	中科环境工程（天津）有限公司
价格	1.00/套
规格参数	尺寸:1500*350（mm） 功率:15（w） 订货号:001
公司地址	天津市红桥区芥园道康华里6-1-101（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

CEMS烟气在线监测系统监控站房要求(企业提供)

- 1、监控站房与排放口采样点距离应小于50米。
- 2、监控站房和高度应能满足设备操作和维护的需要。原则上面积不应小于 $3 \times 3m^2$ ；房顶最低处高度不低于2.2米。
- 3、站房应具备防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等基础条件。
- 4、站房内应安装空调，并保证环境温度： $5 \sim 40$ ，相对湿度 85%
- 5、站房内供电电压应符合AC 220V \pm 10%，频率50 Hz。功率不小于6KW；
- 6、电源引入线应使用照明电源，严禁使用动力电源；电源进线应有浪涌保护器；电源应有明显标志，防止用户以外断电；
- 7、在适当位置配置接地装置，接地电阻 ≤ 5 欧，接地线应牢固，并有明显标志；
- 8、站房电源开关的设置应设系统总开关，对每台仪器均应设独立控制开关。可通过配电箱配置四个空气开关，每个开关的最大容量为63A，分别是：电源总开关、CEMS开关、照明及插座开关、空调电源开关；

- 9、各种电缆和管路应加保护管铺于地下或墙壁上固定；在电缆或管路的两端做上明显的标识；
- 10、站房必须配备温湿度计，并设备管理制度上墙；
- 11、如有条件可配水池及给排水系统，以供清洁仪表间使用；