

## TD505-WZ型水泥标准稠度凝结时间标准试针

产品名称	TD505-WZ型水泥标准稠度凝结时间标准试针
公司名称	烟台泰鼎恒业试验仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天枢星 产地:河北沧州 产品型号:TDJC2185-2
公司地址	山东省烟台市龙口市新嘉街道王格庄村
联系电话	400 - 8609117 13231761108

### 产品详情

本维卡仪标准试针是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据GB/T1346-2001【水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法】，适用于硅酸盐水泥、普通水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥以及其他品种水泥。标准稠度试杆：1根、有效长度：50mm正负1mm，直径：10mm正负0.05mm。终凝用试针：1根、有效长度：30mm正负1mm，直径：1.13mm正负0.05mm。初凝用试针：2根：有效长度：50mm正负1mm，直径：1.13mm正负0.05mm。