

汕头盐雾测试机维修 汕头盐雾机维修 汕头盐雾测试机维修1

产品名称	汕头盐雾测试机维修 汕头盐雾机维修 汕头盐雾测试机维修1
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

技术依据：

依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。

1、盐水喷雾试验；NSS、ACSS。

试验室：35 ±1 。

压力空气桶：47 ±1 。

2、耐腐蚀试验：CASS。

试验室：50 ±1 。

压力空气桶：63 ±1 。

空气供应系统：

空气压力为1Kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

盐雾试验标准汕头盐雾测试机维修

盐雾机维修，升级，盐雾机销售，汕头盐雾测试机维修6，盐雾机依旧换新，盐雾机厂家直销，汕头盐雾

测试机维修5，盐雾机厂家上门维修保养

广东涵硕仪器设备有限公司

盐雾试验机标准及执行方法

执行满足标准及试验方法：

JIS H8502 盐雾试验

CNS.4158 盐雾试验

IEC68-2-11 盐雾试验

GB.10587-89 盐雾试验

ASTM.B117-97 盐雾试验

IEC68-2-52 1996 盐雾试验

GB/T 10125-1997 盐雾试验

GB/T 2423.17-1993 盐雾试验

GB/T 2423.18-2000 盐雾试验

CNS.4159 CASS加速醋酸铜盐雾试验

GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸铜盐雾试验

盐雾试验机安装注意事项

盐雾试验机安装时应遵照下列规定外，并遵守当地政府法令规定办理。

1. 机器放置于基层平坦对排水良好之平台（地）上，汕头盐雾测试机维修1，设置时应距离四周环境1250px以上，且通风良好之场地为佳；
2. 放置时勿被阳光直射或与高温环境为邻，且远离易燃、易爆物品；
3. 放置时应选择水电供应方便，汕头盐雾测试机维修，周围环境温度保持在20 到25 之间；
4. 排水管应保持畅通，且排到室外水沟；
5. 排气管安置时不可向下垂，且排气管应接往室外向上排气。

汕头盐雾测试机维修-汕头盐雾机维修-汕头盐雾测试机维修1由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司 (hsyq188.tz1288.com) 是一家从事“盐雾试验箱,二氧化硫试验箱,恒温恒湿试验箱,老化箱等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“涵硕仪器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使涵硕仪器在试验机中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!