

# 盐雾试验机8 清溪镇盐雾试验机 涵硕仪器

产品名称	盐雾试验机8 清溪镇盐雾试验机 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

## 产品详情

盐雾试验机维修，盐雾试验机8，盐雾试验机销售，盐雾试验机厂家，盐雾试验机特价

同等价格比质量，清溪镇盐雾试验机，同等质量比价格！涵硕仪器是您最好的选择！涵硕仪器扎根广东，辐射全国，拒绝暴利，只做好仪器，只做好服务。

24小时服务热线：一八六七六九九二零九九

概述：

盐雾试验是专门针对各种材料之表面经油漆，涂料，电镀，盐雾试验机2，阳极处理，防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品的抗腐蚀性。广泛适用于五金，电镀，电子，盐雾试验机5，化工，汽车，航空，通讯等行业，对产品的材料，涂镀层进行模拟海洋环境的腐蚀试验，以便于试品在特定的环境条件下的性能作出分析评价。

型号：HS-60（连续式）HS-60A（可程式）HS-60D（豪华触摸屏）

参数：

试验箱尺寸（mm）600×450×400

温度范围 RT+10~55

温度均匀度 ±1

温度波动度 ±0.5

盐雾沉降率 1~2ml/80cm<sup>2</sup>h

饱和空气压力  $0.8 \sim 2 \pm 0.01\text{kg/cm}^2$

试验室温度 盐水试验法： $35 \pm 1$  /耐腐试验法： $50 \pm 1$

空气桶温度 盐水试验法： $47 \pm 1$  /耐腐试验法： $63 \pm 1$

试验室容积 108L

补水桶容积 15L

电 源 220V/50HZ

执行满足标准及试验方法：

JIS H8502 盐雾试验

CNS.4158 盐雾试验

IEC68-2-11 盐雾试验

GB.10587-89 盐雾试验

ASTM.B117-97 盐雾试验

IEC68-2-52 1996 盐雾试验

GB/T 10125-1997 盐雾试验

GB/T 2423.17-1993 盐雾试验

GB/T 2423.18-2000 盐雾试验

CNS.4159 CASS加速醋酸铜盐雾试验

GB/T 12967.3-91 CASS加速醋酸铜盐雾试验

由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验，环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障，为了有户能快速解决故障，继续顺利做盐雾老化试验，下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。

试验室无法上升到所设定之温度

故障原因：

- 1.试验室温度控制器温度，设定过低。
- 2.试验室安全保护开关设定过低。

3.加热系统故障。

4.电磁继电器故障。

5.控制器故障。

处理方法：

1.将温度控制器设定于所需温度。

2.将安全保护开关设定于所需温度。

3.4.5.通知维修公司上门修理。

饱和桶温度无法上升到所设定温度

故障原因：

1.饱和桶温度控制器温度过低。

2.饱和桶安全保护开关设定过低。

3.加热系统故障。

4.电磁继电器故障。

5.控制器故障。

处理方法：

1.将温度控制器设定于所需温度。

2.将安全保护开关设定于所需温度。

3.4.5.通知维修公司上门修理。

喷雾量不足

故障原因：

1.喷雾调节器放置过低。

2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞。

3.压力设定过低。

处理方法：

1.将喷雾调节器调高。

2.将玻璃过滤器清洗干净。

3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有一调压阀，调整至2Kg每平方厘米之压力。

水位不足警报灯亮时

故障原因：表示水位过低。

处理方法：检查试验室或饱和桶是否水位足够。

有正常喷雾而空压机没运转。

故障原因：空压机本身有自保的功能。

处理方法：照常使用，不影响试验过程。

无法喷雾

故障原因：

- 1.空气压缩机没有运转。
- 2.空气压缩机出口的总开关没打开。
- 3.电磁阀故障。
- 4.压力表故障或压力太低。
- 5.电磁接触器故障。

喷嘴阻塞

处理方法：

- 1.将空压机按键打开。
- 2.将空压机总开关打开。
- 3.4.5.通知维修公司上门修理；
- 6.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装)。

打开电源后无法运转

故障原因：加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。

处理方法：将加温水槽之水位加至正常状况下即可。

当温度控制器显示HHLL

故障原因：温度控制器故障、感温棒故障。

处理方法：通知维修公司上门修理。

盐雾试验机的指示灯一共有六个，分别是两个超温指示灯，两个低水位指示灯，一个低盐水指示灯，一个结束指示灯，接着，我们盐雾试验箱的接上电源，这时它的操作面板指示灯会有三个指示灯会亮，分别是两个低水位灯，一个低盐水指示灯，这是告诉我们盐雾试验箱有三个地方水位不足，我们需要加水进行试验，首先我们先往压力桶里面加纯净水(无杂质，不易堵塞喷嘴，有条件的单位可以使用蒸馏水)，直至压力桶低水位灯熄灭为止。

盐雾试验机8-清溪镇盐雾试验机-涵硕仪器由广东涵硕仪器设备有限公司提供。盐雾试验机8-清溪镇盐雾试验机-涵硕仪器是广东涵硕仪器设备有限公司( [hsyq188.tz1288.com](http://hsyq188.tz1288.com) )今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏朋。