

# 盐雾试验机G 英德盐雾试验机 涵硕仪器

产品名称	盐雾试验机G 英德盐雾试验机 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

## 产品详情

结构使用材料：

- 1.试验机箱体采用浅灰色PVC耐衝擊板焊接而成，耐用温度在85℃；结构牢固。
- 2.试验室盖密封采用进口亚克力透明耐衝擊板，盐雾试验机G，高温使用不歪曲变形。手动开盖，可任意开启盖子角度，节约安装空间，边缘内外双层加厚。
- 3.隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。
- 4.饱和空气桶采用不锈钢耐高压桶保温效果最00佳  
并附自动水位控制器，免除人工加水不便。
- 5.试样蓝架采用10mm耐温ABS板制成，承重能力强，试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，盐雾试验机X，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户产品要求订做）

喷雾系统

- A.喷雾原理：采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准
- B.喷嘴：精密玻璃喷嘴无结晶阻塞之虑，采用台湾台浮钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度.
- C.锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可便于工作雾气落雾平均。
- D.喷雾量:1 ~ 2ml/h可调（ ml/80cm<sup>2</sup>/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，英德盐

雾试验机，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间及因为外露损坏之现象。

E.喷雾方式：可程式喷雾（连续式喷雾与间断式喷雾任选取）。

### 一、盐雾试验箱补水系统安装

- 1、水质要求：工业用水或自来水加装过滤器(过滤后水的酸碱度在6.5~7.2之间)或纯净水(矿泉水含有矿物质不能使用)。
- 2、压力要求：水压在1~3公斤，以保证补水之正常。
- 3、接口要求：设备补水口处需以软管连接，使用密封圈固定，以防止渗漏。

### 二、盐雾试验箱供电系统要求

- 1、电源要求：单相 AC 220V 50Hz。
- 2、电流要求：Max 15 A。
- 3、保护要求：需安装独立的漏电保护开关。

### 三、盐雾试验箱进气系统安装

- 1、压力要求：空气压缩机或空气供应管气压 3公斤，且干燥与清洁。
- 2、接口要求：设备使用快速接头方便拆卸和维修。
- 3、时间要求：设备正常工作时必需长时间供应气源中途不得中断。

### 四、盐雾试验箱排气系统要求

- 1、材料要求：必需使用PVC聚乙烯材料(耐腐蚀)
- 2、接口要求：设备排气口处需以硬管连接，使用密封胶密闭，以防止漏气。
- 3、钻孔要求：设备为自然排气，墙面开孔高度需略高于排气孔，确保气体凝露后流回试验室。

### 五、盐雾试验箱排水系统安装

- 1、钻孔要求：设备为自然排水无压力，墙面开孔高度需低于排水口，确保排水工作正常。
- 2、接口要求：设备排水口处需以软管或硬管连接，使用密封圈固定，以防止渗漏。

东莞盐雾机维修厂家，东莞盐雾机维修特价，欢迎来电咨询，东莞盐雾机专业工程师上门维修安装调试

## 盐雾试验机参数型号标准

### 盐雾试验机参数

东莞盐雾机维修厂家，东莞盐雾机维修特价，盐雾试验机M，欢迎来电咨询，东莞盐雾机专业工程师上门维修安装调试

试验箱尺寸 (mm) 600 × 450 × 400

温度范围 RT+10 ~ 55

温度均匀度 ± 1

温度波动度 ± 0.5

试验室容积 108L

补水桶容积 15L

电 源 220V/50HZ

东莞盐雾机维修厂家，东莞盐雾机维修特价，欢迎来电咨询，东莞盐雾机专业工程师上门维修安装调试

盐雾试验机G-英德盐雾试验机-涵硕仪器由广东涵硕仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东涵硕仪器设备有限公司 (hsyq188.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!