

盐雾试验机维修27 江苏盐雾试验机维修 涵硕仪器

产品名称	盐雾试验机维修27 江苏盐雾试验机维修 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

盐雾试验机安装注意事项

盐雾试验机安装时应遵照下列规定外，并遵守当地政府法令规定办理。

1. 机器放置于基层平坦对排水良好之平台（地）上，设置时应距离四周环境1250px以上，且通风良好之场地为佳；
2. 放置时勿被阳光直射或与高温环境为邻，且远离易燃、易爆物品；
3. 放置时应选择水电供应方便，周围环境温度保持在20 到25 之间；
4. 排水管应保持畅通，且排到室外水沟；
5. 排气管安置时不可向下垂，且排气管应接往室外向上排气。

空气系统：

- 1.一段为大略调整2Kg/cm²，进口空气过滤器附有排水功能。
- 2.二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确。

加热系统：

采用直接加热方式，盐雾试验机维修27，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。

控制系统：

一) 触摸式按键设定，控制操作界面均在同一机板，人性化直立操作；LCD数码显示管，所有监测数据且一目了然。

(二) 采用 (Siemens) PLC，32位汽车级处理器，性能稳定，可靠。

(三) 计时方式可快速转换，方便观察试验时间，可调试为0.1S~999999H (H、M、S可调)，江苏盐雾试验机维修，并具备停电记忆功能。

(四) 按照国际盐雾试验运行要求设计，全自动模式和手动模式可任意选择，全自动模式下，机器运行温度未满足试验要求，机器不会自动工作 (人为因素除外)；大大提高试验的准确性。

(五) 附双重超温保护，缺水警示、亮灯并自动加水；水位控制系统采用直流低电压输入，确保使用安全性和设备使用寿命。

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。

箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

1.喷雾[2]装置：喷雾采用塔式喷雾器 (塔尖高度可调节)、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，盐雾试验机维修28，沉降量可调

2.喷雾气体处理：喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热

3.雾化处理：雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能

盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞终端试验

4.压力控制：通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表

空气压力为1Kg/cm²分两段调整

一段为大略调整2Kg/cm²，采用进口空气过滤器，盐雾试验机维修25，附有排水功能

二段为精密调整1Kg/cm²，1/4 压力表，显示精密准确

5.压力数值：前进气压力：0.3-0.6mpa

后喷雾压力：0.07-0.17mpa

6.空气压缩机：选购要求：排气压力： 8公斤 容积流量： 0.12m³/min

盐雾试验机维修27-江苏盐雾试验机维修-涵硕仪器(查看)由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司 (hsyq188.tz1288.com) 是广东东莞,试验机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在涵硕仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创涵硕仪器更加美好的未来。