

盐雾试验机维修24 涵硕仪器 徐州盐雾试验机维修

产品名称	盐雾试验机维修24 涵硕仪器 徐州盐雾试验机维修
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

盐雾试验箱的喷雾装置——喷嘴盐雾试验机维修

盐雾试验箱接上空气压缩机后，还要注意一个细节问题，就是箱体气源导入出，我们可以看见有一个叫做油水分离器的装置，这个装置起什么作用呢。原来，空气中存在油气、水汽、灰尘等杂质，空气压缩机并不能分离这些杂质，而如果这些杂质通过空气直接进入盐雾试验箱的喷雾装置——喷嘴，久而久之，喷嘴就可能产生堵塞了，这样会影响盐雾试验的精准度，所以，油水分离器就派上用场，经过装置的空气杂质都会被它自动过滤掉，盐雾试验机维修27，保护喷嘴。

涵硕仪器，专业盐雾机生产厂家，欢迎咨询订购，竭诚为您服务。

箱体结构

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。盐雾试验机例图

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，盐雾试验机维修22，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，盐雾试验机维修24，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，徐州盐雾试验机维修，而且方便维护。

盐雾试验机安装注意事项

盐雾试验机安装时应遵照下列规定外，并遵守当地政府法令规定办理。

1. 机器放置于基层平坦对排水良好之平台（地）上，设置时应距离四周环境1250px以上，且通风良好之场地为佳；
2. 放置时勿被阳光直射或与高温环境为邻，且远离易燃、易爆物品；
3. 放置时应选择水电供应方便，周围环境温度保持在20 到25 之间；
4. 排水管应保持畅通，且排到室外水沟；
5. 排气管安置时不可向下垂，且排气管应接往室外向上排气。

盐雾试验机维修24-涵硕仪器-徐州盐雾试验机维修由广东涵硕仪器设备有限公司提供。“盐雾试验箱,二氧化硫试验箱,恒温恒湿试验箱,老化箱等”就选广东涵硕仪器设备有限公司（hsyq188.tz1288.com），公司位于：广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号，多年来，涵硕仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：苏朋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。涵硕仪器期待成为您的长期合作伙伴！