

SCN-60石膏挠度测定仪

产品名称	SCN-60石膏挠度测定仪
公司名称	河北中科路仪试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县城南开发区、106国道东侧
联系电话	15933281873

产品详情

SCN-60石膏挠度测定仪

- 1、石膏板受潮挠度测定仪是根据JC/T799-2007标准设制的。
- 2、使用环境：水泥养护实验室：温度在（ 32 ± 2 ），相对湿度（ 90 ± 3 ）
- 3、装饰石膏板受潮挠度测定仪检测样品：500*250*9或600*300*11(mm)的3组。
- 4、按试验要求需要配3套夹具，每套夹具都配精度为0.01mm的专用尺和水平尺各一把。
- 5、将试块烘干，然后将每块试件正面向下，分别悬放在受潮挠度测定仪试验箱中三个试验架的支座上，支座中心距为试件长度减去20mm，在温度为 32 ± 2 度空气相对湿度90度条件下，将试件放置48h，来源专用测量头。
- 6、受潮挠度的测定仪规定的3块试件按5.3条烘干至恒重，然后将每块试件正面向下，分别悬放在受潮挠度测定仪试验箱中三个试验架的支座上，支座中心距为试件长度减去20mm。在温度为 32 ± 2 ，空气相对湿度为 $90\% \pm 3\%$ 条件下，将试件放置48h。然后将试件连同试验架从试验箱中取出，利用专用的测量头，分别测定每个试验架上试件中部的下垂挠度。计算3个块试件受潮挠度的平均值，并记录其中的最大值，精确至1mm。