

一次性血氧探头供应商 一次性血氧探头 广州思创泓一

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 一次性血氧探头供应商 一次性血氧探头 广州思创泓一 |
| 公司名称 | 广州市思创泓一电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州经济技术开发区永和经济区斗塘路8号0104 房号 |
| 联系电话 | 18902276792 |

产品详情

广州市思创泓一电子科技有限公司我们将一如既往做好产品质量，着重发展监护系统系列产品，本着“全为人类健康生活”的社会使命，坚持不懈，永续经营对社会做出庄严承诺，为患者提供优质的产品，一次性血氧探头生产厂家，为医学机构提供优质的服务!血氧探头干嘛用，血氧探头方案商，血氧探头的使用，血氧探头标准，一次性血氧探头供应商，血氧探头种类，欢迎咨询。

广州思创泓一——血氧探头干嘛用，血氧探头方案商

血氧探头吸引用户的优势之二为测量特点，只需与人体的皮肤进行特点时间的接触，便能给予使用者准确的测量数据。不会像普通血糖的仪器一样，需要刺破皮肤才能进行后续的测量，这一点将不会带给用户丝毫测量的压力，完全不存在疼痛感。

思创泓一——血氧探头的使用，一次性血氧探头，血氧探头标准，血氧探头种类

血氧探头吸引用户的优势之三为更换频率低，出自规范厂家的优质产品，自身的质量水准较高，只要按照规范要求使用，探头就能实现长久的寿命。用户更换设备的频率自然被降低，使得对探头的利用率在不断上升。

思创泓一出品的血氧系列产品，产品临床监测精度高；抗运动、抗干扰效果好产品应用人体力学设计，患者使用舒适、方便，医护人员操作简便快捷。本着“全为人类健康生活”的社会使命，坚持不懈，永续经营对社会做出庄严承诺，为患者提供优质的产品，为医机构提供优质的服务!血氧探头接口，血氧探头类型，血氧探头电路图，欢迎来电咨询!

广州思创泓一——血氧探头接口，血氧探头类型，血氧探头电路图

血氧监护时的注意事项：血氧探头的插头和主机面板“血氧”插孔一定要插接到位。否则有可能造成无法采集血氧信息，不能显示血氧值及脉搏值。要求人指甲不能过长，不能有任何染色物、污垢。如果血氧监测很长一段时间后，人手指会感到不适，应更换另一个手指进行监护。人和医护人员也不应碰撞及拉扯探头和导线，以防损坏而影响使用。血氧探头放置位置应与测血压手臂分开，因为在测血压时，阻断血流，而此时测不出血氧，且屏幕显示“血氧探头脱落”字样。

思创泓一——血氧探头回收，血氧探头功能

手指探头内如无红光闪动，可能是导线接口接触不良，检查延长线和插座接口部位。气温冷的地区，尽量不让人手臂暴露在外以免影响检测效果。不能在同一侧手臂进行血压测量和血氧测量，以免手臂被压迫而影响测量。如血氧显示波形通道显示“无信号接收”，则表示血氧模块与主机通讯有问题，请关机后再开机，若仍有此提示，则需更换血氧板。

思创泓一将一如既往做好产品质量，着重发展监护系统系列产品，本着“全为人类健康生活”的社会使命，坚持不懈，永续经营对社会做出庄严承诺，为患者提供优质的产品，为机构提供优质的服务！
血氧探头厂，血氧探头好用吗，血氧探头牌子，血氧探头品牌，血氧探头好不好，欢迎咨询。

广州思创泓一——血氧探头厂，血氧探头好用吗，血氧探头牌子

血氧探头常见的故障类型之二在于光电管，在接触光源过程中不能及时反应，出现不灵敏或者反应迟缓的现象。出现此故障的原因可能是光电管本身已经老化，亦或是内置的电缆线路有破损情况，因此需拆下接收座套，检测光电管根部。

思创泓一——血氧探头品牌，一次性血氧探头价格，血氧探头好不好

血氧探头常见的故障类型之三是数据不够精准，发生此现象的原因为探头有破损，或者是光电管和光电管的效率有所下降。需要使用者对潜在的原因进行检测，先从探头部分开始查验，确认无误之后再从其他部位入手。

一次性血氧探头供应商-一次性血氧探头-广州思创泓一由广州市思创泓一电子科技有限公司提供。广州市思创泓一电子科技有限公司（www.gz-schy.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的医疗器械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领广州市思创泓一和您携手步入辉煌，共创美好未来！