

真空箱 高温真空箱 标承实验仪器

产品名称	真空箱 高温真空箱 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

数显真空干燥箱乱码或者是白屏

一般是驱动电压出了问题，先换驱动板和驱屏线试验，若不行检查屏背板供电电路，

对于维修者需要耐心检查错误问题的根源，因为每台设备所遇到的问题也是不一样的。

4、数显真空干燥箱偏色故障:

可以进入工厂调整模式进行调整。非专业人士不建议直接进行修理操作。

5、字符虚或拖尾;

检查VGA信号线，重点看R.G.B三色线的地线是否连接正常---更换屏线或转接板---重写驱动程序---换驱动板----LCD屏背板信号接口IC坏-----LCD屏背板对比度电位器调整---LCD屏导光板错位----偏光片错位

6、数显真空干燥箱LCD屏幕内部有污点.

擦拭或更换保护膜--拆开屏体清洗外层偏光片和有机玻璃

7、LCD屏漏光或光线不均

调整导光板 重新安装灯管

8、数显真空干燥箱LCD屏亮点.

二个大的亮点，可以轻轻用指尖压亮点，说明多为此像素的开关管和电极虚连.小点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘可清洗处理。

9、数显真空干燥箱LCD屏亮度低

充氮气注意事项

- 1、试验完毕，打开放气开关，直至压力表指针回到零位。
- 2、按电源（关），充氮高温真空箱停止工作。
- 3、充氮气时，打开充氮开关，注意：氮气进气压力应不大于0.5kg/cm²，氮气减压阀应处调整到不大于0.5kg/cm²，否则充氮气软管可能受损，造成设备不能被正常工作
- 4、遇到临时停电或急着关机时，箱内的温度必须降到200 以下，避免硅橡胶密封条烧坏。

通过程序控制真空循环，设定真空度50Pa，真空箱，真空度900Pa，循环次数6次，随着每一个循环的进行，湿度不断降低，干燥速度明显加快，循环次数可达99次

关于鼓风干燥箱怎么维护和保养方法

多数人在购买鼓风干燥箱后，大多数人只是在使用过后，就再也没有去关注试验箱保养和清洁了，这样的方式是不对的。试验箱的使用和维护需要仔细维护和保养的啊

下面我为大家分享下关于鼓风箱的安装使用和维护方法，请大家仔细阅读。

- 1、关于场地的选择，高温真空箱，要把试验放在干燥的空间，远离燃爆物质和易腐蚀化学药品等物质。
- 2、在安装线路的时候请安装闸刀或空气开关一只，脱泡真空箱，供此箱专用，并安装地线，防止触电。

....

真空箱-高温真空箱-标承实验仪器(优质商家)由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司(www.bcsy.sh.cn)是上海松江区,试验机的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在标承实验仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创标承实验仪器更加美好的未来。