

# 辰晨器械行业翘楚 LED无影灯多少钱 LED无影灯

产品名称	辰晨器械行业翘楚 LED无影灯多少钱 LED无影灯
公司名称	山东辰晨医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15376577770

## 产品详情

### LED无影灯

手术无影灯是手术中的好帮手，可以无影照明，使得作业人员能精确的分辩肌肉组织，有利于操作精度，充沛满意无影灯在照度和显色指数上的要求。今日给咱们介绍下led手术无影灯保护作业有哪些：led手术无影灯由多个灯头组成，所以日常要多查看灯泡是否正常。

假如作业区域呈现了弧度暗影，阐明灯泡现已处于不正常的作业状况，LED无影灯价格，应该及时替换。每天作业后要对led手术无影灯外壳进行清洁，要运用弱碱性溶剂，例如肥皂水，LED无影灯多少钱，防止运用酒精类具有腐蚀类的溶液清洗。

### LED无影灯

手术无影灯是医院必备的设备之一，也是保证手术正常进行的重要设备，具有充足的照度、手术无影度高、温度低、光质好、操作方便、经济性和安全性。

光质好。所谓光质好就是所提供的光束能真实映现血液、组织的颜色及其变化。这种性能一般称为显色性，它以光源的分光分布所算得的显色指数值来表示，最佳显色指数为100。显色性与色温有很大关系。要求能达到6000K色温，真实显色性约为70 - 90，有效显色性则接近100。

### 手术无影灯常见故障解决办法

控制面板上主灯泡、副灯泡报警指示灯亮。

分析及维修：由于手术无影灯的是自动灯泡监测与备用自动递补电路，即当主灯泡或副灯泡失效时，控制面板上主灯泡、副灯泡报警指示灯将被点亮。当主灯泡烧毁时，副灯泡可以立即点亮以维持手术的正

常进行。如果副灯泡也烧毁，则主灯泡和副灯泡报警指示灯都点亮。所以先从简单的检查开始，LED无影灯，松开聚焦手柄组件上的固定螺丝，取下聚焦手柄组件。将主、副灯泡取下进行测量，发现灯泡都完好。在平时的维修工作中这样的情况不多见，决定从电源的输入端进行测量，仔细查找故障原因。于是测量AC220V输入电压，测量结果正常。继续测量通过滤波器后的电压，也正常。通过变压器后的电压也是正常的。在经过KBPC3470整流桥后无电压输出，LED无影灯报价，将整流桥取下仔细测量。发现整流桥烧毁。将新的KBPC3470接好后通电，手术无影灯恢复正常工作，故障排除。

辰晨器械行业翘楚(图)-LED无影灯多少钱-LED无影灯由山东辰晨医疗器械有限公司提供。山东辰晨医疗器械有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。辰晨器械——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省曲阜市开发区，联系人：徐经理。