

无锡旺泉涌高低温试验箱型号齐全质量好性能稳定厂价直销

产品名称	无锡旺泉涌高低温试验箱型号齐全质量好性能稳定厂价直销
公司名称	无锡旺泉涌环境试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:无锡旺泉涌 型号:W-GDWS-225L 温度范围:-40~150
公司地址	无锡市锡山区锡北镇劲丰村群合路8号
联系电话	0510-81003899 13003386080

产品详情

产品用途

该仪器用于工业产品高、低温的可靠性试验。对于电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）恒定湿热循环变化的情况下，检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB0592-89高低温试验箱技术方条件，试用于按GB2423.1、GB2323.2《电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验。

符合标准

可满足以下标准：GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。GJB50.1-86《军用设备环境试验方法总则》的规定试用于本标准GJB150.3-86 GJB150，4-86。

规格与技术参数

型号

GDWS--50L GDWS--100L GDWS--150L GDWS--225L
GDWS--408L GDWS--500L GDWS-800L
GDWS--010L

工作室寸 (深*宽*高cm)

30*35*45 40*50*50 50*50*60
50*60*75 60*80*85 70*80*90

80*100*100 100*100*100

外形尺寸 (深*宽*高cm)

81*90*156 94*970*165 960*107*170 100*105*185
110*125*195 122*126*200 142*136*210
145*150*210

性能指标

温度范围：-20 ~150 ；-40~150 ；-70~150 ；-80~150

波度均匀度：±0.5 / ±2

升温速率：1.0~3.0 /min(3-10 /min , 需要定做)

降温速率：0.7~1.0 /min(3-10 /min , 需要定做)

控制器：可编程触摸式液晶中文对话式显示，微电脑集成控制器。威硕TH7010

控制系统

精度范围：

设定/指示精度：温度0.1

温度传感器：进口铂金电阻PT00 /MV

加热系统：全独立系统，镍铬合金电

供水系统：供水采用自动控制，且可回收余水，节水降耗

制冷系统：法国原装“泰康”全封闭风冷式单级或复迭压缩机制冷方式

循环系统：耐温低噪音空调型大家电机，多叶式离心风轮

外箱材质：优质碳素钢板，静电喷塑处理/SUS304不锈钢拉丝板

内箱材质：SUS304不锈钢优质拉丝板

保温材质：聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维棉

门框隔热：双层耐高低温老化硅橡胶门密封条

标准配置：多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试架品2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个

安全保护：漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆

安装场地

1、地面平整，通风良好。 2、设备周围无强烈振动。

3、设备周围无强电磁场影响。 4、设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘。

安装要求

设备周围留有适当的使用及维护空间：A：不小于60cm B:不小于90cm
C:不小于：120cm

(注：设备倾斜角度不能超过45°)