

# 山东生物制药化工行业用油封式旋片式真空泵爱发科富斯特鲍斯

产品名称	山东生物制药化工行业用油封式旋片式真空泵爱发科富斯特鲍斯
公司名称	济南沃德斯科机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品跑:鲍斯 型号:BSV 产地:宁波
公司地址	山东省济南市历城区大桥路117号零点物流港信息交易中心A区7层704号房
联系电话	0531-82928220 15010922596

## 产品详情

真空泵平常广泛的应用于低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备石油、矿山、地基处理等领域。对于真空泵的维修和保养知识你知道多少呢？今天小编就为你揭秘真空泵的一些维护小窍门。

- 1、经常检查油位位置，不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时，油位到油标中心为准。
- 2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑，由用户酌情决定。一般新真空泵，抽除清洁干燥的气体时，建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后，以后可适当延长换油期限。
- 3、经常检查油质情况，发现油变质应及时更换新油，确保真空泵工作正常。
- 4、一般情况下，真空泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。
- 5、向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。
- 6、检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵，试看真空泵是否灵活。

7、重新装配后应进行试运行，一般须空运转2小时并换油二次，因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物，待运转正常后，再投入正常工作。