# 检测化验生物质燃料热值仪都包括哪些设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 检测化验生物质燃料热值仪都包括哪些设备 |
| 公司名称 | 鹤壁市开平仪器销售有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 测温范围:5-40°C<br>温度分辨率:0.0001k<br>精密度:≤0.1% |
| 公司地址 | 鹤壁市山城区朝霞街 |
| 联系电话 | 0392-2121168 18639203323 |

# 产品详情

检测化验生物质燃料热值仪都包括哪些设备，检测化验生物质燃料热值仪都包括哪些设备由【鹤壁测试生物质燃料热值机】提供的化验生物质燃料热值的仪大卡机：186.3920.3323测试生物质燃料热值机,生物质燃料热量检测仪,化验生物质颗粒热量的设备,生物颗粒发热量化验仪,杨木榆木树皮热值分析仪，检测生物质颗粒热值的仪器,测量稻壳秸秆木颗粒热量的设备,化验生物质热量的仪器,检测生物质燃料大卡的设备,木屑热卡化验机器,稻壳大卡化验机器

分析水的分析方法：

称取0.2毫米以下煤样1克至0.0001克，放入事先升温至105~110度的鼓风干燥箱内，颗粒烘干1.5小时，烟煤烘干1小时后取出，在空气中冷却约5分钟后放入干燥器15分钟后称量（无干燥器的，将样品冷却至室温）。分析水=（减少的部分质量/试样重量）*100

全水的分析方法：

称取6毫米以下煤样10~12克确至0.001克，放入事先升温至105~110度的鼓风干燥箱内，颗粒烘干3小时，烟煤烘干2小时后取出，在空气中冷却约5分钟后放入干燥器15分钟后称量（无干燥器的，将样品冷却至室温）。全水=（减少的部分质量/试样重量）*100

注意事项：

1、的氧弹应定期进行20MPa水压检查，每年至少一次。

2、使用完毕后应保持表面清洁干燥，用软布将其擦干净，以防腐蚀。如果

长期不用时，应将内筒里的水排放掉。

3、氧气减压器在使用前应将零件上油污擦洗干净。

氧气减压器应定期进行耐压试验，每年至少一次。

4、使用的理想环境温度是20°C±10°C，室内禁止使用各种热源。如果没有空

调，仪器zui好放在朝阴的房间，不能有阳光直射，仪器应有良好的接地。