

# SH105B全自动闭口闪点试验仪

产品名称	SH105B全自动闭口闪点试验仪
公司名称	山东盛泰仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101
联系电话	13805402265 13864083110

## 产品详情

SH105B闭口闪点全自动测定仪，是集中外最新科研开发出的产品。仪器采用微计算机技术，大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却，实现了工作过程全自动化。具有测量准确，重复性好，性能稳定，操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,ASTM D93，GB261-2008

### 仪器特点

- 1、采用彩色液晶大屏幕显示，全中文人机对话界面，无标识键盘，对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有提示菜单导向式输入。
- 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线，具有中文误操作软件提示修改功能配试验日期、试验时间等参数提示功能。
- 3、配有标准RS-323,485计算机接口，下位机储存120组历史数据，选配软件与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存，传送数据，上位即可实时修改下位机参数。
- 4、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
- 5、计算机操作，中文操作提示界面，自动检测，自动打印报表。
- 6、开盖、点火、检测、打印数据自动完成，试验臂自动升起和落下。
- 7、电子引火，强制风冷，无需气源，自动点火。
- 8、可不需气源自动点火，提高了试验的安全性。

### 主要技术指标和参数

1、工作电源： AC220V  $\pm$  10% , 50Hz ;

2、温度测量： 量程：室温 ~ 370

准确度： 104  $\pm$  2      104  $\pm$  1 ;

分辨性：0.1 ; 精度：0.5 ;

3、基数参数： 升温速度：符合GB/T261-2008标准 ;

点火方式：电子点火、 ;

4、环境温度： (10 ~ 40) ; 相对湿度： 80% ;

5、整机功耗： 不大于500W。