

KEW 4202接地电阻测试仪

产品名称	KEW 4202接地电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:共立 型号:KEW 4202接地电阻 型号:KEW 4202
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

KEW 4202

测量数据、测试时间、GPS定位测试地点均可通过邮件功能发送至电脑。

蓝牙无线通讯功能。

测量数据可被显示并保存至Android设备上(可记录99组数据)。

仅适用于多点，共用可构成回路的接地体。

测试接地电阻0.05~1200 Ω 。

无需辅助拉地桩，只需一钳便可测试接地电阻。

可测量接地的漏电电流或相电流从0.1mA~30.0A。

真有效值显示。

为保证测量方法正确或测量现场可靠,LED会显示“JAW OPEN”和“NOISE”等符号。

数据保持与比较功能。

自动关机功能。

大显示屏和背光显示。

	量程	分辨率	测定范围	精度
--	----	-----	------	----

接地电阻自动量程	20	0.01	0.00~20.99	$\pm 1.5\% \pm 0.05$
	200	0.1	16.0~99.9	$\pm 2\% \pm 0.5$
	1200	1	100~209.9	$\pm 3\% \pm 2$
			160~399	$\pm 5\% \pm 5$
	400~599	$\pm 10\% \pm 10$		
1200	10	600~1260	---	
交流电流(50Hz/60 Hz)	100mA	0.1mA	0.0~104.9mA	$\pm 2\% \pm 0.7m$
	1000mA	1mA	80~1049mA	$\pm 2\%$
	10A	0.01A	0.80~10.49A	
	30A	0.1A	8.0~31.5A	
自动量程	接地电阻功能：额定电压输入，电流检测（频率约2400Hz）双重集成AC电流功能：逐次比较			
操作系统	输入超过测试量程时显示“OL”			
超量程显示	约7秒（接地电阻）约2秒（AC电流）			
响应时间	约1次/秒			
采样率	约21小时（使用LR6电池）约5小时（使用R6碱性电池）			
测试时间	约90mA（较大140mA）			
电流消耗	R6/ LR6(AA)(1.5V) × 4			
使用电池	较后操作完成后约10分钟自动关机			
自动关机	IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2			
安全规格	IEC 61010-2-032, IEC61326-2-2(EMC)			
耐电压	AC5320V/5秒钳口密合部与外箱间（钳口除外）			
导体直径	约 32mm			
外形尺寸	246(L) × 120(W) × 54(D)mm			
重量	约 780g(含电池)			
附件	9167(携带箱) LR6 × 4 使用说明书 8304（工作确认电阻）			