

SZC-V水泥软练设备测量仪

产品名称	SZC-V水泥软练设备测量仪
公司名称	南京苏量检测仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市苜蓿园大街238号
联系电话	025-84680930 18913931089

产品详情

SZC-V水泥软练设备测量仪可用于水泥胶砂振动台、混凝土振动台、振筛机、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机等软练设备的检测（不可用于振实台的测量）1、技术性能转速基本范围：30.0 ~ 1000.0 (r/min)

扩展范围：10.0 ~ 30000.0 (r/min) 符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》

扩展范围：10.0 ~ 3000.0 (r/min) : ± 0.5

振动频率基本范围：20.0 ~ 100.0 (Hz)

扩展范围：10.0 ~ 500.0 (Hz)

符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》：不超过1.0%

在加速度=1g的情况下；不超过1.0%

振动加速度

基本范围：2.0 ~ 100 (m/s²) P

扩展范围：2.0 ~ 200 (m/s²) P

符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》：(20Hz-100Hz范围内): 2% (k=3)

(10.0Hz-500.0Hz范围内): 2%(k=3)

振动位移

基本范围：0.1 ~ 10 (mm) P—P

扩展范围：0.01 ~ 20 (mm)

符合水泥软练设备测量仪检定规程《JJG 974-2002》：
(45Hz-55Hz范围内):不超过1.5% 10Hz ~ 500Hz范围内，不超过1.5%

时间1 ~ 999.9s ± 0.01s

2 . 电源电压：(220 ± 10%) V , 50Hz

3 . 环境条件：温度：0 ~ 40 湿度：20% ~ 80%

4 . 外形尺寸和重量：240 × 260 × 100 mm 2.5Kg