

# 博声医疗 24小时动态血压监测仪，医院院内动态血压检测仪

产品名称	博声医疗 24小时动态血压监测仪，医院院内动态血压检测仪
公司名称	深圳市博声医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:博声医疗 型号:ABP-06 产地:国产
公司地址	深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号A栋三层
联系电话	0755-86325336 13459810299

## 产品详情

博声医疗24小时动态血压监测仪

型号：ABP-06

数据连接：USB数据线、无线

测量方法：示波法

压力测量范围：0~37.3kPa(0mmHg~280mmHg)

脉率测量范围：0bpm~200bpm

分辨率：血压读数的分辨率为1mmHg，脉搏读数的分辨率为1BPM

可重复性：应符合YY0670-2008中4.5.3的要求，在静态连接低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于4mmHg

准确性：应符合YY0670-2008中4.5.4的要求，无论升压还是降压，在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差应为 $\pm 3\text{mmHg}$

脉率准确性：应为 $\pm 3\text{BPM}$

系统整体有效性：符合YY0670-2008中4.5.5的要求

最大袖带压：血压监测仪袖带压力超过40.0kPa(300mmHg)时应自动打开电磁阀放气;袖带压处在2kPa(15mmHg)以上时间小于3min

泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67kPa(260mmHg)降到2kPa(15mmHg)的时间不超过10s

数据储存器：闪存储存 高达300个读数

校准：最低两年一次

测量间隔时间：血压测量的间隔时间可选择为(5,10,15,20,30,45,60,90,120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%