

大行程影像仪 泰勒斯科技有限公司 大行程影像仪多少钱

产品名称	大行程影像仪 泰勒斯科技有限公司 大行程影像仪多少钱
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

产品详情

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：（专业维修，大行程影像仪多少钱，以及软件升级）

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

里氏硬度与其它硬度的转换

里氏硬度值与其它硬度值(HRC、HRB、HB、HV、HSD)之间有对应关系，因此可将里氏值(HL)转换成其它硬度值，里氏硬度仪可通过机内微电脑进行自动转换。

里氏硬度与其它硬度的分类对比及检测要求

从微观形变上分类，布、洛、维氏硬度考察的是材料的塑性形变，表现为压痕的大小或深度；里、肖氏硬度考察的是材料的弹性形变，表现为反弹速度的大小或高度。

里氏硬度仪对测量的要求

1、试样表面的要求

测试面应有金属光泽，不应有氧化皮及其它污物，大行程影像仪厂家，表面粗糙度应符合如下要求：

冲击装置类型试件表面粗糙度(um)

D、DC型 1.6

G型 6.3

C型 0.4

投影成像故障。成像模糊、成像有暗区、影像有黑斑、成像对比光线暗等，可以对物镜、投影屏、工作台玻璃、聚光镜、反光镜等进行清洗。对灯丝进行调节或更换，如果灯泡电源电压过低，则加装总电源稳压器。

影像成像故障。显示黑屏时可查看电源线是否接好，电源电压等，插紧显示器信号线，如有零件损坏则需要更换显示器或者十字线产生器。当物镜变倍时十字线与描准点偏移大时，重调锁镜筒的螺丝钉，或者换镜筒。当出现被测工作的某一边有暗影时，大行程影像仪厂，可调节摄像机或者玻璃四个角上的螺丝，摆正工件。

电气故障。常见故障有灯泡不亮、轴流风机不转动、易烧灯泡、易烧保险丝、变压器过热，损坏等。

电子故障。如电箱按键失灵，可系统总清、换新面膜；如轴不计数，可换滑座或OP板或整个尺、重新接一下信号线、换主机板等。如数码管缺笔划，则需更换或维修。

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，以及软件升级)

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

仪器的安装和调试

1 硬度计的工作条件

1.1 在室温 23 ± 5 的范围内。

1.2 在稳固的基础上水平安装。

1.3 在无震动的环境中。

1.4 周围无腐蚀性介质。

1.5 室内相对湿度不大于65%。

2 拆箱和安装

2.1 拆去外包装箱，取出硬度计主机和附件箱。

2.2 将硬度计安放在专用工作台上，拆去绑在主机上的纱带。

2.3 从附件箱中取出水平螺钉(2)旋在主机底部。

2.4 卸去上盖(12)，旋去螺钉和防震螺钉共四个。

2.5 将变换手轮(18)旋至1kgf处。

2.6 卸去砝码外壳端盖，将砝码轴和砝码从附件箱中取出，将六只砝码从小到大套装在砝码轴上。安装时应先擦净砝码轴和砝码，不能使其沾上污物。

2.7 抓住砝码轴顶部，将其放入砝码外壳内，并转动砝码轴，使其横销置于V型槽内

2.8 将端盖上的孔对准砝码轴，使其平服地装在砝码外壳上，旋紧2只M3螺钉。

2.9 转动变换手轮(18)，使砝码外壳在定位槽内上下灵活。然后盖上上盖(12)。

2.10 拔出防尘盖，将测微目镜(9)从附件箱中取出，按(图1)插入孔内，并插到底，大行程影像仪，其方向看(图1)。目镜(9)上的电线插头插在主体右边的圆插座(17)内。

2.11 将十字试台(6)从附件箱中取出，将上面的防锈油擦干净。将其的轴插入升降螺杆(4)孔内，其方向看(图1)，并紧螺钉(5)。

2.12 从附件箱中取出水平仪放在十字试台(6)上，调节螺钉(2)使之水平。

大行程影像仪-泰勒斯科技有限公司-大行程影像仪多少钱由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（www.tj-telles.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的摄影服务等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领泰勒斯和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.telles2.cn）还是从事天津影像测量机，天津影像检测仪，天津影像仪的厂家，欢迎来电咨询。