

# 北京高低温湿热试验箱 高低温湿热试验箱 泰勒斯

产品名称	北京高低温湿热试验箱 高低温湿热试验箱 泰勒斯
公司名称	泰勒斯（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室
联系电话	13502124957

## 产品详情

泰勒斯（天津）科技有限公司产品分为两个事业部：(专业维修，以及软件升级)

1：光学事业部：影像测量仪（影像仪）、二次元、一键式测量仪、显微镜、投影仪、三坐标等。

2：环境事业部：高低温试验箱、冷热冲击试验箱、盐雾试验机、耐水试验机、耐尘试验机、精密烘箱、大型环境实验室、老化试验机、材料试验机。

高低温试验箱的8个选择要点

- 1、用户不管是在选高低温试验箱还是其他的试验设备，都应该满足试验要求所规定的温度条件；
- 2、要保证试验箱试验区内的温度均匀性，可以根据样品的散热性来选择是否采用强迫空气循环或无强迫空气循环方式；
- 3、高低温试验箱的加热或冷却系统装置要对样品无影响；
- 4、试验箱要便于有相关的样品架来放置样品，并且样品架不会因为高低温变化改变其机械性能；
- 5、高低温试验箱应有保护防范措施。比如：有观察窗及照明、设有电源断相、超温保护、各类报警装置；
- 6、根据客户的要求是否有远程监控功能；

7、试验箱在进行循环试验的实施必须要求安装自动计数器，指示灯和记录设备以及自动关闭等仪表装置，并要求有很好的记录和显示功能；

8、根据样品温度有采用上风风和采用下风传感器温度这两种测量方式，高低温试验箱中的温湿度控制传感器位置及控制方式是可以选择的，应根据客户的产品试验要求来选择合适的设备。

步：找到高低温试验箱右边的总电源开关（开关默认往下表示设备关闭），然后把蓝色的电源开关往上推。

#### 高低温试验箱总电源开关

第二步：检查高低温试验箱的水箱是否有水，如果没有水就要往里面加水，一般加水到到显示刻度的三分之二高即可（PS：注意加的水一定要纯净水，如果是自来水的话由于自来水含有一定的杂质，有可能会堵塞导致烧掉水泵）

#### 高低温试验箱水箱

第三步：走到高低温试验箱正面的控制器面板前面，找到急停开关（红色按钮），北京高低温湿热试验箱，然后顺时针旋转扭动急停开关，这时候会听到“嗒”的声音，控制器面板亮起了，表示高低温试验箱设备已经启动。

#### 高低温试验箱急停开关

第四步：打开高低温试验箱的防护门，然后把你需要做实验的试验品放到合适的位置，然后关好试验箱的防护门。

#### 高低温试验箱试验室

第五步：点击高低温试验箱主界面的“操作设定”然后找到“操作模式”所在的板块，高低温湿热试验箱报价，选择“定值”（PS：程式是根据自己的设定程序进行实验，俗称可程式）

第六步：设置需要做试验的温度值如“85”，湿度值，如“85%”等，然后确定好参数，点击右下角的“运行”按钮。

## 高低温试验箱品牌该如何选择

做好，高低温湿热试验箱厂家，做精，做真正能做试验的好设备便是多禾试验的态度，高低温湿热试验箱，也是多禾试验前进的目标和动力。在未来的每一天，多禾会不忘初心，继续前行，让更多的企业都能够用到可靠性环境试验设备，推动中国质量进步。

多禾高低温试验箱试验箱在技术与质量方面和德国伟思旗鼓相当。无论是客户投诉率还是返修率都几乎为零。但在价格方面多禾试验却有很大优势，因为刚回归国内市场，价格处于摸索阶段，定位在中市场的试验箱价格也是非常合理，是真正性价比高的试验箱。

北京高低温湿热试验箱-高低温湿热试验箱-泰勒斯(查看)由泰勒斯（天津）科技有限公司提供。泰勒斯（天津）科技有限公司（[www.tj-telles.com](http://www.tj-telles.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰勒斯——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区双港镇联东U谷5号楼A座2409室，联系人：张经理。同时本公司（[www.telles8.cn](http://www.telles8.cn)）还是从事天津高低温试验箱，天津冷热冲击试验箱，天津快速温变试验箱的厂家，欢迎来电咨询。