医用手术台 医用手术台价格 华昇器械

产品名称	医用手术台 医用手术台价格 华昇器械
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

产品详情

医用手术台使用电动手术台的注意事项

1、接入电动手术台开关电源前请查验是不是为220V、50Hz,切忌收到工业用电380V上,以防烧毁机器设备。2、手术台能电动式操纵姿势,应用时,务必单独姿势操纵。手术治I疗开展之后,医用手术台,要清洗手术台,而且使床面处在水准部位,腰板下降。3、按键盒应保持干净、干躁,以防毁坏走电,用后要挂回挂勾处,切忌乱堆。4,手术治I疗中须留意,不能用脚踩电源插头或控线,医用手术台报价,以防插接线处破I裂或电线绝缘层损坏,危害操纵。5、电动手术台应置放于干躁处,防止家用电器操纵一部分返潮毁坏。

医用手术台

- 4、手按控制板应挂在手术台侧面钢轨上。其线路应避面夹伤、压伤,警备线路破坏。
- 5、勿安排重物干电源线上或让推车辗过电源线。
- 6、勿让病z人坐在手术台的头板、手臂板或腿板上,过重重量可造成配件弯曲破坏。头板与腿板载重40k
- g, 当两腿板离开高出45。时, 医用手术台价格, 只可载重20kg。手术台蒙受的重量不宜高出150kg。
- 7、勿将物品、配件或重物放于手术台底座的外盖上。
- 2、电动手术台一个方向有动作,另一个方向都没有动作。单边无动作故障一般是电磁换向阀引起的。电磁换向阀故障有可能是控制电路坏引起,也可能换向阀机械性卡死。具体检查方法是先量换向阀有没有电压。如有电压就把换向阀拆开清洗。由于长期使用,换问阀活动轴上万一有一点小杂质会把轴拉毛造成卡死,造成手术台只有一个方向有动作。
- 3、手术台使用当中发现会自动降下去,但是速度非常慢。这种情况发生在机械手术台当中比较多,医用

手术台图片,主要是升降泵故障。手术台使用若干年以后可能会发生很微小的杂质滞留在进油阀门口,造成微小的内漏。解决的办法是把升降泵拆开清洗,特别要检查进油阀门。洗完后要重新加上干净的油

医用手术台-医用手术台价格-华昇器械(推荐商家)由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司(www.hsylqxu.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。华昇器械——您可信赖的朋友,公司地址:山东省曲阜市开发区,联系人:付经理。