

# 开封除颤仪 AED自动体外除颤仪原理 医捷迅安

产品名称	开封除颤仪 AED自动体外除颤仪原理 医捷迅安
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

供应 除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

电压变换器是将直流低压变换成脉冲高压，经高压整流后向储能电容C充电，使电容获得一定的储能。除颤治疗时，控制高压继电器K动作，使充电电路被切断，除颤监护仪的维修与保养，由储能电容C、电感L及人体（负荷）串联接通，使之构成RLC（R为人体电阻、导线本身电阻、人体与电极的接触电阻三者之和）串联谐振衰减振荡电路，即为阻尼振荡放电电路，通过人体心脏的电流波形。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

2电极 体外电复律时电极板安放的位置有两种。一种称为前后位，即一块电极板放在背部肩胛下区；另一块放在胸骨左缘3~4肋间水平。有人认为这种方式通过心脏电流较多，使所需用电量较少，潜在的并发症也可减少。选择性电复律术宜采用这种方式。另一种是一块电极板放在胸骨右缘2~3肋间（心底部）。另一块放在左腋前线内第5肋间（心尖部）。这种方式迅速便利，适用于紧急电击除颤。两块电极板之间的距离不应 $<10\text{cm}$ 。电极板应该紧贴病人皮肤并稍为加压，不能留有空隙，边缘不能翘起。安放电极处的皮肤应涂导电糊，也可用盐水纱布，紧急时甚至可用清水，但绝对禁用酒精，否则可引起皮肤灼伤。消瘦而肋间隙明显凹陷而致电极与皮肤接触不良者宜用盐水纱布，并可多用几层，可改善皮肤与电极的接触。两个电极板之间要保持干燥，避免因导电糊或盐水相连而造成短路。也应保持电极板把手的干燥。不能被导电糊或盐水污染，国内除颤仪生产厂家，以免伤及操作者。当心脏手术或开胸心脏按摩而需作心脏直接电击除颤时，所需专有小型电极板，一块置于右心室面；另一种置于心尖部，开封除颤仪，心脏表面洒上生理盐水，电极板紧贴心室壁。

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/普美康XD除颤仪

实验和临床都证明这种

RLC放电的双向尖峰电流除颤效果较好，并且对人体组织损伤小。如前所述，放电时间一般为4~10ms，可以适当选取L、C实现。电感L应采用开路铁芯线圈，以防止放电时因大电流引起铁芯饱和造成电感值下降，而使输出波形改变。另外，除颤中存在高电压，对操作者和病人都有意外电击危险，因此必须防止错误操作和采取各种防护电路。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

开封除颤仪-AED自动体外除颤仪原理-医捷迅安(优质商家)由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。开封除颤仪-AED自动体外除颤仪原理-医捷迅安(优质商家)是武汉医捷迅安商贸有限公司(www.whyjxa.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。