

户外灯防水检测仪 防水 凌龙科技昆山分公司

产品名称	户外灯防水检测仪 防水 凌龙科技昆山分公司
公司名称	深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	花桥镇浦江大厦3栋505室
联系电话	17351196013

产品详情

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

试漏中的最小可检漏率与检漏气体的本底浓度关系甚大，尽管检漏仪只检测检漏气体的浓度变化，高的本底浓度还趋于出现高的绝对波动。如果在试漏后将检漏气体排放在试漏区内，那么在整个工作日内本底浓度将不断地增长。此外，在充注或排放中要确保无气体溢出，手表防水检测设备，并定期检查连接件是否有漏。

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

使用可燃气体检漏仪时需要注意哪些问题

注意经常性的校准和检测。

有毒有害气体检漏仪也像其他分析性泄漏检漏仪器一样，采用比较法测量：仪器首先用零气体和标准气体浓度进行校准，标准曲线存储在仪器中，测定时，仪器将待测气体浓度产生的电信号与标准浓度进行比较，并计算出准确的气体浓度值。因此，随时对仪器进行校零，经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确必不可少的工作。需要说明的是：目前很多气体检漏仪都是可以更换检测传感器的，但是，这并不意味着一个检漏仪可以随时配用不同的检漏仪探头。不论何时，在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外，电动牙刷防水检测仪，还必须对仪器进行重新校准。另外，建议在各类仪器在使用之前，对仪器用标气进行响应检测，以保证仪器真正起到保护的作用。

气密性检漏仪制造厂家今天和大家说一说，检漏仪探头应该怎样清洁与更换。

1、探头清洁：利用附送的防护罩防止灰尘、水汽、油脂阻塞探头，防水，在使用本仪器前，均要检查探头和防护罩确无灰尘或油脂。

(1) 拉下防护罩。

(2) 用工业毛巾或压缩空气清洁防护罩。

(3) 如果探头本身也脏，可浸入像酒精等温和清洗剂几秒钟，然后用压缩空气或工业毛巾清洁，严禁用像汽油、松节油、矿物油等溶剂，这样易降低仪器灵敏度。

2、探头更换：探头最终总要失效，户外灯防水检测仪，需更换。由于探头寿命直接和使用条件和频次相关，因此较难预计准确的更换时间。当在清洁、纯净空气中报警或不稳定时，应更换探头，具体探头步骤是如下：

(1) 确认本仪器处于关闭状态。

(2) 逆时针旋下旧探头。

(3) 顺时针旋上包装箱中提供的备用探头。

户外灯防水检测仪-防水-凌龙科技昆山分公司(查看)由深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司提供。深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司 (www.shzhl.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！