

固定式气体探测器 气体探测器 中恒安气体检测公司

产品名称	固定式气体探测器 气体探测器 中恒安气体检测公司
公司名称	北京中恒安科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清区三号路八号三号厂房四层
联系电话	13511010813

产品详情

北京中恒安科技股份有限公司成立于专业从事工业可燃、有毒气体检测仪器及挥发性有机物相关的环境监测仪器的研发、生产、销售和技术服务工作，可提供VOCs工业园区监测、厂界监测、固定污染源监测、LDAR服务、便携式环境空气质量监测设备以及火气系统、环保监测系统的调试、运维等服务。

便携式四合一气体检测仪的操作规程

操作步骤：

将检测装置的电源打开，接通电源，系统开始预热和自检。

设定检测装置的测试部位转换时间设定为6分钟（以1分钟为单位设定，zui大为9分钟），转换方式设定为自动转换。

将取样器上的氧气用流量计设定为1000cc。

现将测试范围转换开关置于25%档。

确认确实在抽新鲜空气，确认氧气指示计的指示值确实为21%，若指示值不是21%，打开指示计组件下面的盖，旋转开度调整旋钮，将该值调整为21%，同时确认指示计的指示值。

将取样管的端部，插入到各个测试点中（伸入罐顶板一下50cm左右）。

测试指示值，并作好记录。

当氧气浓度低于10%以下时，将氧气浓度测试范围从25%转换为10%。

测试结束，将取样管的端部从测试点拔出。

下次测试时，重复上述操作步骤。

注意事项将取样管端部插入测试点钟时，垂直下放，避免支柱孔壁油污等堵塞取样管，影响测试结果。

传感器和仪器要注意防水和杂质。

仪器长时间不工作时，应关闭电源，置于干燥、无尘和符合储存温度的环境中。

氧气校正时，将测试范围转换开关置于25%档，用新鲜空气将氧气指示计校正为21%。