

# 水浴氮吹仪品牌 水浴氮吹仪 莱普特

产品名称	水浴氮吹仪品牌 水浴氮吹仪 莱普特
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

## 产品详情

### 氮吹仪的应用

氮吹仪通过加热样液进行吹扫，使得待处理样品迅速浓缩，从而实现快速分离纯化，它主要应用于大批量样品的浓缩制备，诸如筛选、分析、液相、气相以及质谱分析中的样品前处理制备。

具体应用领域如下：

生物分析：如、血浆、血液、尿液等；

化学品残留、农残分析：如蔬菜、水果、谷物以及植物组织等；

环境分析：如饮用水、地下水和污染水样等；

商品检测：如检验克罗夫特等；

食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等；

制药药检：如中药制药、制药质量控制等；

### 氮吹仪-实验小助手

氮吹仪主要适用于实验室，主要是氮吹仪工作的使用操作而生产的一种仪器，水浴氮吹仪价格，规范氮

吹仪操作程序，严谨使用氮吹仪，保证检测工作的进行，操作人员的人身安全和设备安全。这个设备通常是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩，具有省时、操作方便、容易控制等特点，可很快获得预期的结果。

氮吹仪在使用时，我们需要注意的一些问题，我们接下来一起来了解：

首先：不将氮吹仪用于燃点低于100 的物质。

第2点：使用氮吹仪时，应当保护手和眼睛。

第三点：氮吹仪应当在通风橱中使用，以保证通风良好。

第四点：加热时不要移动氮吹仪，以防烫受伤。

所以了解了以上的注意事项，我们就可以很好的为自己安全着想。

### 氮吹仪的使用注意事项介绍

#### 勤洗水浴池

实验完成后，水浴氮吹仪，不加热时，在水浴的水中加入除藻剂，可防止生物污染。不应使用酸性除藻剂，并确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品。当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后，应当立刻清洗，用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和，水浴氮吹仪品牌，再用清水冲洗。长时接触酸性物质，将会损坏仪器。水浴中的水建议一周一换，较长不超过一月。

水浴氮吹仪品牌-水浴氮吹仪-莱普特由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。莱普特科学仪器（北京）有限公司（[www.leopardchina.com](http://www.leopardchina.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!