

手术器械维修活检钳维修 广州云启

产品名称	手术器械维修活检钳维修 广州云启
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信(国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

产品详情

广州云启医疗设备维修服务有限公司拥有高素质的技术管理人才，凭借其卓越的能力和坚实的技术基础，专业维修手术器械。公司始终遵循以用户至上，质量第一，信誉第一，服务第一。真诚合作为宗旨，秉承诚信、务实、开拓、创新的理念，提高员工素质及专业水平，不断吸收先进的技术和人才，时时刻刻跟踪设备最新动态，为用户推荐最合适的方案、提供最优质的服务。我们的优势:广州云启有更专业的业务团队、更专业的技术服务、更快捷的响应能力、因为专业所以高效！

云启医疗-手术器械维修R.WOLF硬管钳维修比较常见的故障：1、钳头连接孔崩口或是磨损过大不能完全咬合2、连接销断3、连接板断4、钳头固定套与硬管连接处脱焊针对上面的故障做出相应维修方法：1、钳头连接孔崩口或是磨损过大不能完全咬合维修，这样的情况一般都要更换钳头，但这种钳头手工是很难做出来的，是要用精密的雕洗车床才能加工出来，把钳头加工出来就可以维修了。2、连接销断维修，这样的情况是比较容易处理，直接用小车床加工一根出来铆上。在打铆钉时要讲究方法，手术器械维修活检钳维修，不能打太紧也不能太松，太紧的话钳头打开合闭会很困难，太松的话钳头咬合会发偏。铆完后还要对其打磨，打磨铆钉部位，一定要打磨光滑，用手摸上去感觉不到刮手或凸起才行。3、连接板断维修，连接板是钳头与内心连接的桥梁，是控制钳头开合的主要部位，经常与钳头的固定套有一定摩擦，所以比较容易断裂。这种情况就要更换连接板，连接板是可以手工做出来，但是孔的中心距一定要测量准，如不准的话会出现长短不一，咬合时会发偏，又要重新做，这样会耽误很多维修时间，影响工作效率，如果有专业加工工具的话就更好了，工作效率会提高很多。4、钳头固定套与硬管连接处脱焊维修，这种情况一般是直接用激光焊机焊上，再把焊接处打磨光滑即可。以上的都是一些常见故障和维修方法，当然还有一步很重要的步骤就是检测。

广州云启医疗设备维修服务有限公司是您值得信赖的手术器械维修团队。手术器械维修是非常棘手的问题。医院维修人员不可能所有问题都能解决。鉴于手术器械的价值比较高，医院大多采用的方式：找厂家，找维修公司。而广州云启公司是明智的选择。我们专注于手术器械维修，具有自己的维修团队，

且与众多配件厂家，维修公司都有长期合作。已经有多年的维修经验。维修质量，值得信赖。lkdjioikh

云启医疗-手术器械维修GOLD-CUT

HERCULES剪线钳维修案例一、故障判断：手术器械维修活检钳维修 1：GOLD-CUT HERCULES剪线钳是用来剪2mm的304不锈钢钉，刀头是一种合金钢材料做的由于多次使用，到止周期过了所以剪刀头很容易碎裂。 2：缓冲件裂开；缓冲件用料是橡胶制作而成的，它的做用就是防止剪下来的钢钉弹飞，这样就不会伤到他人。

二、故障维修：1：拆下旧的剪刀头和缓冲件，拆下后将刀槽里的污垢清洗干净。2：清洗干净后用胶水把缓冲件粘贴在钳子口的缓冲架上，在粘贴缓冲件时要注意方向不要装反了，大的斜口面向着刀头大的斜口面。粘好后用日光灯烤3个小时等胶水干后，然后把缓冲架用螺丝固定在钳口。3：剪刀头的按装；首先确定刀头的正反方向，刀头大的斜口面是按装在内侧。在按装的时候一定要在主意不要装反了，然后用螺丝固定好刀头。手术器械维修活检钳维修4：检测：按装好新的刀头和缓冲件，接下来就是用钳子剪2mm的304不锈钢钉，看在剪下钢钉的力度合不合格。用力比较费劲说明刀没有装紧或者说刀口没有对齐，然后看看刀口有没有崩裂，如果有说明刀的质量有问题就得更换刀头。

广州云启医疗设备维修服务有限公司是一家具有雄厚技术力量的服务型公司。公司拥有工程技术人员、工程师等多方面专业人员。本着服务市场的宗旨，遵从诚实经营，精益求精的企业精神，一贯奉行诚信、认真的工作态度，以高效、贴心的服务为医疗机构、设备代理商提供动力系统、手术器械、医疗电子设备、超声&探头、软镜、硬镜等咨询、保养、维修、保修等服务。不走捷径的企业核心价值观和为客户创造价值，赢取尊重和回报的职业理念，竭诚为广大客户提供贴心服务。lkdjioikh

云启医疗-手术器械维修

#经典案例#STORZ 27074B膀胱学钳，上虞市某医院，故障现象：钳头故障；服务方案：更换钳头插销、装配；服务时间：1个工作日。手术器械维修活检钳维修#经典案例#Linvatec导光束，北京某医院，故障现象：外皮损坏，亮度不够；服务方案：更换外皮，切断损坏光纤，重接，测试；服务时间：1个工作日。手术器械维修活检钳维修#经典案例#广东省某保健院，233-050-065 导光束，故障描述：亮度不够。检测结果：光纤损坏。解决方案：切断损坏光纤，重接，测试。花费2个工作日。#经典案例#Linvatec C3278导光束，北京某医院，故障描述：光束暗，亮度不够；解决方案：重接光纤，粘胶，测试，花费3个工作日。

手术器械维修活检钳维修-广州云启(推荐商家)由广州云启医疗设备维修服务有限公司提供。广州云启医疗设备维修服务有限公司(www.funqi.cn)是广东广州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广州云启领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广州云启更加美好的未来。