新逻辑啤酒饮料气体检测二氧化碳检测仪

产品名称	新逻辑啤酒饮料气体检测二氧化碳检测仪
公司名称	深圳市新逻辑科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:新逻辑 型号:7001-A 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道4002-6号
联系电话	0755-86035309 13926514641

产品详情

???
???????????PET???

??????

??GB/T 10792-2008???????????????????????????????
??

???????????

将被测样品瓶（罐）放置在仪器黑色底盘的中心，调节好穿刺头支架高度。（约高于瓶盖高度3mm，罐底面高度2mm），拧紧左右两边的黑色螺钉。注意：密封圈不能取下以免漏气。

确认样品瓶放好和穿刺支架高度调节好后，用手扳动底盘手柄使底盘上抬穿刺头穿刺被测瓶（罐）盖，旋开针阀排气，待压力表读数为零时立即关闭针阀。

用双手拿起仪器，仪器和样品瓶（罐）沿其轴向方向往复摇动40秒，（注意：在摇瓶的过程中力量要控制适度，以防瓶体从底座滑出！）待压力稳定后记下压力表兆帕数（取小数后两位），记录完压力值后旋开针阀放气。

打开瓶（罐）盖，用温度计测量容器内温度。

根据所测得的压力和温度，查碳酸气吸收系数表，既得二氧化碳容量的容积倍数。

每次测试完毕，应将仪器表面饮料、酒液等擦拭干净。若长期不用时，应对针阀等部件用清水反复清洗

后擦拭干净晾干备用。

压力表读数过低。

摇动不充分，二氧化碳未完全释放出来。

穿刺堵塞，气体传输不畅。

接口处漏气。

压力表故障。

二氧化碳表结果不准确。

压力表读数偏低。

温度本身存在较大误差。

漏气现象（即关闭针阀压力表压力下降。）

密封胶粒与瓶盖间密封不严。密封胶粒老化，更换新密封胶粒。

穿刺后压力为零。穿刺头内孔堵塞，用金属丝清除堵塞物。