

# 复合盐雾试验机 台州盐雾试验机 英检达仪器

产品名称	复合盐雾试验机 台州盐雾试验机 英检达仪器
公司名称	英检达仪器（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附708号
联系电话	15213184150

## 产品详情

试验箱[2]的温度要求在 $(35 \pm 2)$  ，湿度大于95%，复合盐雾试验机，降雾量为 $1 \sim 2\text{mL}/(\text{h} \cdot \text{cm}^2)$ ，喷嘴压力为 $78.5 \sim 137.3\text{kPa}(0.8 \sim 1.4\text{kgf}/\text{cm}^2)$ 。盐雾试验箱为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。性能指标符合GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。盐雾试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka：盐雾试验方法》，用于中性盐雾试验，台州盐雾试验机，也可用于醋酸盐雾试验。

盐雾试验箱喷雾量不足;

故障原因：

- 1.喷雾调节器放置过低；
- 2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞；
- 3.压力设定过低。

处理方法：

- 1.将喷雾调节器调高；
- 2.将玻璃过滤器清洗干净；
- 3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力，空压机上标有一调压阀，盐雾试验机价格，调整至2Kg每平方厘米之压力。

复合盐雾试验箱的注意事项：

- 1、每次试验结束后，应打开油水分离器开关，将油污积水放净，并擦拭干净。
- 2、若长期不做试验应将饱和器的水放净，正常使用时，亦应定期更换饱和器中的存水。
- 3、长期不用时，若重新做试验时，应对全部电器及供水、供气系统做具体系统地检查，以防开机后发生故障。
- 4、发现喷嘴污垢堵塞，及时拆下喷嘴，用酒精、或1:1盐酸清洗或用超细钢丝细心疏通，不得损坏喷嘴口壁，以免影响喷雾质量。盐雾试验机结果的判定方法有：

评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。

淋雨试验箱是很多企业选择用来作为产业抗腐蚀性能考核的一个设备，我们在购买一件产业之前，它很有可能就已经经过淋雨试验了，因此，我们购买的东西，盐雾试验机品牌，才真正是好的质量。

近年来，在企业社会责任的推行过程中，使消费者认定一个商品的质量，它不仅仅是实物的质量，还是企业和社会中的责任，所以，企业的社会责任即如此。一直强调推动绿色行动。将以绿色环保为自身的责任，积极地去迎接每一个挑战，持续\*\*为根本，以可持续增长为依托。

复合盐雾试验机-台州盐雾试验机-英检达仪器由英检达仪器（重庆）有限公司提供。复合盐雾试验机-台州盐雾试验机-英检达仪器是英检达仪器（重庆）有限公司（[www.yingjianda.com](http://www.yingjianda.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：班飞。同时本公司（[www.yingjiand.cn](http://www.yingjiand.cn)）还是从事重庆马弗炉，重庆陶瓷纤维马弗炉，高温马弗炉的厂家，欢迎来电咨询。