

全新原装GE超声探头销售 云南GE超声探头 一古医疗诚信合作

产品名称	全新原装GE超声探头销售 云南GE超声探头 一古医疗诚信合作
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

产品详情

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：S4-1，S5-1 S5-2，S6-2mpt，S8-3，s12 21280A，s12，S12-4，T6207 (21381A) Mini-Multi TEE，V6-2 3D 4D，V7-3 4D，V8-4 3D 4D，V9-4v 4D，GE：GE 5C，GE 5S，GE 5S-RS，GE 7L，GE 7S，GE 7S-RS，GE 8C，GE 4C-D，GE 8C-RS，GE 8L-RS，GE 9L，GE 9L-D，全新原装GE彩超探头，GE 9L-RS，Siemens 3V2c，Siemens 4C1，Siemens 4V1，Siemens4V1c，Siemens 6C2，Siemens 6L3等产品型号，
优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

一古医疗设备----超声探头维修

为保护探头，在使用过程中应注意以下几点：

- 1.在安装和拆下探头时应首先关闭整机主电源，然后小心地进行操作。
- 2.要避免接触溶剂，否则探头会因接触溶剂开裂损坏，但可用酒精类的溶剂。
- 3.保护透镜面。透镜面一旦损坏，耦合剂就容易进入探头内部，损坏压电晶片，因此使用中不允许用锋利物品刺透镜面。
- 4.应使用无腐蚀性的耦合剂，使用的超声耦合剂对皮肤无刺激作用，非油性，因为不少探头的声透镜容易受到油性物的腐蚀而损坏。

一古医疗设备----超声探头销售

因为其材料的特殊性，大部分探头不能用普通的消毒方法如紫外线照射、75%酒精、醛类、氧化剂等消毒，如果消毒方法不当，也会影响诊断结果，甚至有可能损坏探头的寿命。探头结构是非水密的，一旦有液体浸入探头内部，有可能造成内部材料的短路，从而造成诊断系统不能正常工作，所以，不允许任何液体浸没探头下方接缝线。另外，一般的超声探头价格都在十几万、几十万元以上，十分昂贵。

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：S4-1，S5-1 S5-2，S6-2mpt，GE超声探头故障维修，S8-3，s12 21280A，s12，S12-4，T6207 (21381A) Mini-Multi TEE，V6-2 3D 4D，V7-3 4D，V8-4 3D 4D，V9-4v 4D，GE：GE 5C，GE 5S，GE 5S-RS，GE 7L，GE 7S，全新原装GE超声探头销售，GE 7S-RS，GE 8C，GE 4C-D，GE 8C-RS，GE 8L-RS，GE 9L，GE 9L-D，GE 9L-RS，Siemens 3V2c，Siemens 4C1，Siemens 4V1，云南GE超声探头，Siemens4V1c，Siemens 6C2，Siemens 6L3等产品型号，优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

一古医疗设备----超声探头维修

超声探头的外壳比较多的是声头外壳，其它部位的破损通常多是由于意外所致。由于声头外壳破裂后会导导致耦合剂渗透到探头内部，引起声头晶片的氧化合腐蚀，所以声头外壳的故障也需要尽快修理，防止故障越来越大。

超声探头因长期使用会造成壳体开裂老化，或因为人为的因素如摔、碰而变形，这时由于破坏了探头外壳的屏蔽质量，会造成图像干扰、不清，严重时会从前端出现感应电流，危及病人身体。

一古医疗设备----超声探头销售

超声波物位传感器具有精度高、使用寿命长、安装方便、不受被测介质影响、可实现危险场所的非接触连续测量等优点。其缺点是：若液体中有气泡或液面发生波动，便会有较大的误差。在一般使用条件下，它的测量误差为±0.1%，测量范围为10-2-104m。

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：3D8-4 3D 4D，C5-1，C6-3，C9-5ec，L8-4，L9-3，L12-4，L12-5，L15-7io，L17-5，P6-3，S3-1 GE：ge3.5C，GE 3C-RS，GE 3S，GE 3SP，GE 3S-RS，GE 4C，GE 4C-A，GE 4C-D，GE 4D3CL 4D，GE 4DE7C 4D，GE 4V-D 4D，SAMSUNG：p24ac-1等产品型号，优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

一古医疗设备----超声探头维修

超声探头设备巡检和保养主要包括以下内容：

- 1、外观检查、性能检查、定时清洁几个重要的部件：对影响机器运行的关键部件进行重点检查
- 2、电缆是否被牢固地固定，防止使用过程中突然断开
- 3、所有的螺钉都安装到位并且紧固
- 4、所有外壳安装到位并且没有损坏
- 5、检查散热风扇运转正常，空气流通通道畅通

6、探头检查：头、电缆、连接器

一古医疗设备----超声探头销售

为保护探头，在使用过程中应注意以下几点：

- 1.使用前应认真检查，探头外壳、线缆是否有破损，以防探头工作高压电伤人。
- 2.探头使用完毕，一定要将探头上残留的耦合剂擦拭干净，以防老鼠或其他动物啃坏透镜。
- 3.重视预防性维修是医疗器械工程技术人员的基本要求。对设备进行健康检查，保障设备安全有效运行，减少停机时间，节约维修成本。

全新原装GE超声探头销售-云南GE超声探头-一古医疗诚信合作由广州一古医疗设备维修有限公司提供。广州一古医疗设备维修有限公司（www.yigu-medical.com）是广东广州,医疗器械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州一古领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州一古更加美好的未来。