

狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失 云启设备维修

产品名称	狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失 云启设备维修
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信(国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

产品详情

广州云启医疗设备维修服务有限公司是您值得信赖的手术器械维修团队。手术器械维修是非常棘手的问题。医院维修人员不可能所有问题都能解决。鉴于手术器械的价值比较高，医院大多采用的方式：找厂家，狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失，找维修公司。而广州云启公司是zui明智的选择。我们专注于手术器械维修，具有自己的维修团队，且与众多配件厂家，维修公司都有长期合作。已经有多年的维修经验。维修质量，值得信赖。lkdjiolkh

云启医疗-手术器械维修GOLD-CUT

HERCULES剪线钳维修案例一、故障判断：狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失 1：GOLD-CUT HERCULES剪线钳是用来剪2mm的304不锈钢钉，刀头是一种合金钢材料做的由于多次使用，到止周期过了所以剪刀头很容易碎裂。 2：缓冲件裂开；缓冲件用料是橡胶制作而成的，它的做用就是防止剪下来的钢钉弹飞，这样就不会伤到他人。

二、故障维修：1：拆下旧的剪刀头和缓冲件，拆下后将刀槽里的污垢清洗干净。2：清洗干净后用胶水把缓冲件粘贴在钳子口的缓冲架上，在粘贴缓冲件时要注意方向不要装反了，大的斜面向着刀头大的斜口面。粘好后用日光灯烤3个小时等胶水干后，然后把缓冲架用螺丝固定在钳口。3：剪刀头的按装；首先确定刀头的正反方向，刀头大的斜口面是按装在内侧。在按装的时候一定在主意不要装反了，然后用螺丝固定好刀头。狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失4：检测：按装好新的刀头和缓冲件，接下来就是用钳子剪2mm的304不锈钢钉，看在剪下钢钉的力度合不合格。用力比较费劲说明刀没有装紧或者说刀口没有对齐，然后看看刀口有没有崩裂，如果有说明刀的质量有问题就得更换刀头。

广州云启医疗设备维修服务有限公司专业致力于手术器械维修服务行业，自成立以来已经和国内数十家医疗机构、设备代理商以及维修商展开合作，针对动力系统、手术器械、医疗电子设备、超声&探头、

软镜、硬镜等项目，提供咨询、保养、维修、保修等服务。Ikdjiolkh同时，我司工程师拥有丰富的手术器械维修经验，也有大量维修备品以供维修客户备用。

云启医疗-手术器械维修STORZ导光束

导光束通常出现的故障有：1、光学胶老化，不透光；2、导光束头部处光钎断；3、光钎在中间位置断；4、导光束的外皮破损等。由于导光束经常要消毒，久而久之表面的光学胶多少也会产生一些化学反应，导致老化。表面会成褐色，光就透不过去。这样就会影响做手术的效果，硬管镜的人体内的亮度不够，就会模糊不清。甚至有可能造成手术的失误，由于亮度不够而导致误判。所以在使用前必须先进行检测，检测有多种方法。这里介绍一种比较简单的方法：拿着导光束的一端对着灯光用眼看另一端，如果光能透过来，而且还有点刺眼，就证明亮度够，可以使用。反之光透不过来，暗淡无光，证明亮度不够，不能再使用了。出现这种情况就要换另一条好的导光束来使用，坏的导光束要尽快维修或者报废。狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失

广州云启医疗设备维修服务有限公司，专业从事手术器械维修服务行业，专业致力于为广大用户提供所需的设备维修，同时为用户排忧解难，提供技术支持与咨询服务，主要针对动力系统、手术器械、医疗电子设备、超声&探头、软镜、硬镜等项目提供咨询、保养、维修、保修等服务。

Ikdjiolkh

云启医疗-手术器械维修

电切镜 镜鞘陶瓷头维修案例狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失

做前狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失列腺电切术中为了防止患者热损伤，必须使用绝缘性能较好的电切镜，如果使用绝缘性能较差的电切镜必然导致全niao道灼伤；而陶瓷头为陶瓷所制，容易摔破，所以起到绝缘绝热功能的陶瓷头问题绝狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失，对不能忽视。

常见故障：狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失

陶瓷头破碎，陶瓷破碎导致电切环和外鞘接触短路无法正常工作。

故障维修： 确定故障更换新的陶瓷头，开好AB胶（AB比例为1：1）涂让胶水、调整好方向放在电灯下烤2小时左右等胶水干了及可。最后按检测标准检查该镜鞘的外观以及陶瓷头内径有没有多的胶水、陶瓷向是否正确各个指标是否达标。

狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失-云启设备维修由广州云启医疗设备维修服务有限公司提供。狼牌输尿管肾钳维修铆钉缺失-云启设备维修是广州云启医疗设备维修服务有限公司（www.funqi.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗琦。