

北京福意联恒温冷藏柜 两开门冰箱 药品保存箱

产品名称	北京福意联恒温冷藏柜 两开门冰箱 药品保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:冷藏柜 品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联恒温冷藏柜 两开门冰箱 保存箱，储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱厂家----企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一核心展开，无论产品研发，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

产品详情

储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱介绍：

本公司以客户需求为出发点，充分利用优势为客户提供仪器、方法、附件等全方位设备，基本实现了由设备商向系统集成服务商的转变。为客户提供热情详尽的售前咨询，售中指导，和完善快捷的跟踪服务。多年来，公司始终坚持想客户想，急客户急，从而赢得了优良各地客户朋友的优良和肯定。公司正以崭新的形象，以为动力，以市场为导向，以注、和精的态度来经营产品。

储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱产品参数：

【型 号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 04、搁架8个

5、钥匙2把

恒温系列：

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

低温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5 外型尺寸：550×560×850mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~20 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~20 外型尺寸：1265×680×2150mm

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家自主研发、经营和销售医疗及实验室恒温

冷藏设备的现代化公司。我们自主研发及买断使企业迅速发展，秉持“持续，追求”的企业理念，严格按照 9000\14001 质量和、以及经营，严把关、质量关、检验关。公司本着“以人为本”的精神，追求产品性能更加稳定、更加优良，功能操作更简单、更方便。我们愿用聪颖的智慧，务实的工作作风，竭诚为广大客户提供优良高性价比的产品和服务，致力于成为医疗及实验室恒温冷藏设备的！

福意联是一家集研制、经营和销售为一体的多元化企业，拥有雄厚的科技人才优势，优良的经营设备，从事各种恒温设备及家用健康产品和实验室设备的一家综合性企业。并组建了一支管理、仪器操作咨询人员组成的队伍，为客户解决实验中遇到的疑难问题，为客户提供了大量优良的产品和服务。致力于恒温设备提供的信息服务和沟通。

储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱广泛的适用性

福意联经营的储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱是医疗、实验室等优良常用的设备之一，主要用来储存不同存储要求的、试剂及医疗物品。储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱采用温度显示、优良控温、智能报警系统等。为客户的保存问题提供的温度环境。

北京福意联恒温冷藏柜 两开门冰箱 保存箱，储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱适用范围

储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱适用范围：

福意联解决医疗恒温设备。十年致力于医疗恒温。打造储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱。已成功为675家提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱产品特点：

上、下限温度超温报警功能，有效确保箱内物品；

智能控制风扇强制风循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；

温度控制精度高，温度偏差小，恒温温度波动小于正负1度（ ± 1 ，正负1，正负一度），；

蒸发qi也具有自动防霜功能，连续运行亦可确保致冷，制热效果和温度稳定性；

采用新型全封闭压缩机，PTC模块，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

内部2个精密温度传感器，环境温度-25 - 45 状况下，保持箱内温度 ± 1 优良稳定

*****承诺：整机保修一年，压缩机保修三年*****

福意联经营恒温、冷藏设备等等。它的大化是应用面广，如：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。产品遍布及优良各个域。

储存冰箱_2-8 医用冷藏箱 双门保存箱：

温度控制

- 风冷，电加热补偿系统，优良微电脑控制，箱内温度恒定控制在4-38度 ± 1 范围内。
- 上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率1，便于准确观察监控箱内温度。

- 设定点可以调整校对，校对范围2~8 ，校对1 增量。
- 采用五个数字集成传感器参与显示和控制。

系统

- 双重显示运行参数（ 数字显示 ）
- 双重报警（ 高低温报警、 开门报警 ）
- 带锁。放置意外开启。

全透明程序

- 外门防凝露的应用，85%湿度无凝露，保对箱内情况的观察。
- 透明三层钢化玻璃门，真空设置更保温。

人性化设计

- 自动化霜功能，适合高温高湿地区。
- 门锁设计，防止随意开启。
- 大屏幕数字温度显示，便于观察.....
- 宽电压带，适合187~242V 电压下使用。
- 内设照明灯。
- 宽气候带：适合环境温度10~38 ，湿度80% 以下地区使用。
- 产品可直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

使用范围

- 冷藏箱属智能新型多功能恒温箱，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，温差 ± 2 ，特别适合医疗、卫生、、食品化工、、科研等使用。

1本产品为非产品，请不要在有可燃或性气体的环境中使用恒温恒湿机。

2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。

3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。

4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门，高温时打开可能会对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发qi结冰，影响制冷效果。若要打开，请做好的防护工作。

5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。

6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。

7禁止擅自拆卸、、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。

8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。

9.接线必须正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。

10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。

11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾处理。

12.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。

13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。

14请使用干布擦拭仪表，不要使用酒精、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。

15在开机之前要查看电源是否稳定。