武汉中旗血氧探头

产品名称	武汉中旗血氧探头
公司名称	深圳市优品医疗设备有限公司
价格	30.00/条
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明镇西田社区辉煌工业区1栋4楼东
联系电话	13725538078

产品详情

()产品特性.
本产品由仪器端连接器,传输电缆，传感探头制成。
采用特殊导体，具有出众的数据传输性能.
所用传感器为美国进口高精度传感器;
高屏蔽性、抗静电、低噪声.
所用电缆为高强度双合金特种医用电缆;
所用材料为医用TPU,符合生

物相溶性
标准.
弯折强度
高，使用
持久.
优越的抗
老化性能.
●产品性
能
不含乳胶.
SPO2测试
范围:70%-
100%
外被可以
做成医用
级PVC,TP
R,TPE,TP
U,PTFE,硅
胶.
SPO2测试
精度:909
%-100%时
士1%,
探头的连
接工艺对
于检测结
果来说也
很重要,软
垫所放的
位
70%-
89时土2%,
置均经过
校正测试
，以确保
检测器件
发射器与
接收器的
位置精准.
脉率测试
范围:
30-24
5bpm ;
脉率测试
精度:士3
bpm.
●注意事
项
a)选择探
头的放置
部位时，

应优先考虑无动脉导管，血压袖带和静脉输入管的
肢体部位.
b)假如传感器不能准确地监测脉搏跳动情况，说明它的位置不妥或其放置部位
太厚，太薄或色素太深以致无法达到合格的透光效果.请重新放置传感器或选择
另一种传感器.
c)本探头是运用于专门的医疗仪器，操作者有责任检查其与仪器设备的兼容性，
不相容的配件或设备将会影响测试结果并导致探头或设备的损坏.
d)使用本血氧饱和度探头请遵循每4小时更换检测部位.
e)请遵守医院规定

及当地法
规.