

长沙盐雾试验机构 tbk天标检测

产品名称	长沙盐雾试验机构 tbk天标检测
公司名称	苏州天标检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区创业街60号
联系电话	18915530717 18915530717

产品详情

试验液须以试药级的盐酸稀溶液调整pH值，并以pH仪或其它可靠方法测量之。由于配制试验液的水中含有二氧化碳，二氧化碳在水中的溶解度随温度改变而影响溶液的pH值，故须小心控制pH，pH值则可依下列任一方法调整：a. 常温配制试验液，于35℃ 喷雾，因为温度的升高而使部份二氧化碳逸出溶液而升高pH值。故在常温配制试验液时，pH值应调整在6.5内，才可以使收集液的pH值在6.5~7.2之间；b. pH值调整前，使试验液先煮沸再冷至35℃，或维持在35℃ 温度48小时。如此调整的pH值在35℃ 喷雾时，将不会产生太大变化；c. 先将水加热至35℃ 以上，以去除溶解的二氧化碳，而后再调制试验液并调整pH值。如此在35℃ 喷雾时，所调整的pH值也不会产生太大变化；d. 为避免喷雾嘴阻塞，盐雾试验机构，此试验液须过滤或小心倾斜注入盐水桶，或于喷雾吸水管前端处装上玻璃过滤器或适当之纱布为宜。

盐雾试验机的使用及保养方法

一、盐雾腐蚀试验机的使用：

(一) 盐雾试验机的使用环境要求:

1. 设备周边必须有600mm以上的空间。
2. 设备无阳光直射或其他热源直接辐射
3. 设备周围的温度要保持在15℃ ~ 30℃ 之间。
4. 设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
5. 设备周转无强烈气流，当周围空气需强制流动时，气流不应直接吹到箱体上。
6. 设备使用电源电压的波动 $\pm 10\%$ 。

实验要点1) 盐雾试验前应明确客户(委托方)要求的试验标准，并正确掌握该标准的要求和操作技能。2) 盐雾试验是一种实验室环境试验，这类试验不能单一地用试验结果去判断试验过程的正确与否。必须严密地、认真地监督和控制盐雾试验的试验过程，在某种意义上控制试验过程比试验结果更重要。3) 不能用不同标准进行的盐雾试验结果进行比较。长沙盐雾试验机构-tbk天标检测(推荐商家)由苏州天标检测技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州天标检测技术有限公司(www.tbklab.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!