

# 无锡盐雾试验机构 tbk天标检测

产品名称	无锡盐雾试验机构 tbk天标检测
公司名称	苏州天标检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区创业街60号
联系电话	18915530717 18915530717

## 产品详情

盐雾试验机使用注意项:

- 1.设备运转之前请确认电源的连接。
- 2.供气系统之确认。
- 3.自动供水系统之确认。
- 4.排气孔检查。
- 5.隔绝水槽密封之确认。
- 6.配制盐溶液时，请使用分析纯级NaCl和蒸馏水或去离子水配制，并做到即配即用。
- 7.每次试验结束后，应切断电源、气源、水源，避免设备长时间处于带电待机状态。

盐雾试验机日常维护保养：

- 1.每次试验结束，建议用清水清洗干净设备试验箱体（包括：喷雾室、盐溶液室、预热水槽及密封水槽），以保持设备的清洁。
- 2.每次试验中或试验结束，标准计量杯之溶液应及时倒掉并清洗，以免盐溶液结晶体累积，影响沉降量算。
- 3.清洁箱体内时，请注意：
  - （1）温度传感器之被护层的保护。

(2) 玻璃过滤器和玻璃喷嘴的保护(切不可用针或任何硬物去疏通过滤器或喷嘴)。

腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中，大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和最有破坏性的大气腐蚀。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时，氯离子含有一定的水合能，易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氧化层中的氧，把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物，使钝化态表面变成活泼表面。

盐雾腐蚀会破坏金属保护层，使它失去装饰性，降低机械强度；一些电子元器件和电器线路，盐雾试验机构，由于腐蚀而造成电源线路中断，特别是在有振动的环境中，尤为严重；当盐雾降落在绝缘体表面时，将使表面电阻降低；绝缘体吸收盐溶液后，它的体积电阻将降低四个数量级；机械部件或运动部件的活动部位由于腐蚀物的产生，而增加了摩擦力以至造成运动部件被卡死。

无锡盐雾试验机构-tbk天标检测(推荐商家)由苏州天标检测技术有限公司提供。苏州天标检测技术有限公司(www.tbklab.com)是江苏苏州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在tbk天标检测领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创tbk天标检测更加美好的未来。