

无锡优肯UGW-100高温试验箱

产品名称	无锡优肯UGW-100高温试验箱
公司名称	无锡优肯环境仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市南长区锡山新村126号2581
联系电话	051085630366 17766173227

产品详情

无锡优肯老化箱 触摸屏控制

4.1 测试环境条件：

设备四周气流畅通，无高浓度粉尘，无腐蚀性或易燃易爆性气体

环境温度：5 ~ 35

相对湿度： 85%RH

4.2测试方法

4.2.1 温度范围： -40 ~ +150

4.2.2 温度波动度： ± 0.5

4.2.3 温度偏差： ± 2.0

4.2.4 温度变化速率：

4.2.4.1由+25 升至+150 约需35分钟(空载时)

4.2.4.2由+25 降至-40 约需65分钟(空载时)

GB/T2423.1-2001 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2001 试验B：高温试验方法

GJB150.3-1986 高温试验

GJB150.4-1986 低温试验