

无锡优肯高低温湿热试验箱

产品名称	无锡优肯高低温湿热试验箱
公司名称	无锡优肯环境仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市南长区锡山新村126号2581
联系电话	051085630366 17766173227

产品详情

无锡优肯UGDJS-1000 可程式高低温试验箱 触摸屏人机控制

1. 容积和尺寸：

3.1标称内容积(L)：1000L

3.2标称内箱尺寸（mm）：W1000×D1000×H1000

3.3 标称外箱尺寸（mm）：1510×1570×2150mm（参考）

2. 性能：

4.1 测试环境条件：

设备四周气流畅通，无高浓度粉尘，无腐蚀性或易燃易爆性气体

环境温度：5 ~ 35

相对湿度： 85%RH

4.2测试方法：

4.2.1 温度范围：-60 ~ +150

4.2.2 温度波动度：± 0.5

4.2.3 温度偏差：± 2.0

4.2.4 温度变化速率：

4.2.4.1由+25 升至+150 约需40分钟(空载时)

4.2.4.2由+25 降至-40 约需65分钟(空载时)

4.2.5 湿度范围：30 ~ 98%RH (+20 ~ +85)

4.2.6 相对湿度偏差：

$\pm 2.0\%RH$ (湿度 > 75%RH)

$\pm 3.0\%RH$ (湿度 \leq 75%RH)

以上指标均为箱内无试样负载情况下测试（有特殊说明者除外）