医用护目镜质检报告办理的检测标准

产品名称	医用护目镜质检报告办理的检测标准
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

个人眼护具和处方护目镜检测标准与检测项目大全

护目镜检测项目：

结构、材料

头箍

镜片规格

外观质量

屈光度

棱镜度

可见光透射比

抗冲击性

耐热性

抗腐蚀性

高速冲击

化学雾滴防护性能

2、EN 166:2001 个人眼睛保护 - 规范

设计和制造要求

材料（镍释放）

面部覆盖和视野区域

光学要求

透射比特性

散射光

表面质量

最低坚固度

加强坚固度

高温稳定性

抵抗UV辐射

抗腐蚀

阻燃性

侧保护

抵抗液滴和飞溅液体

镜片加强红外反射

极端温度高速粒子冲击

3、ANSI/ISEA Z87.1-2015 职业性和教育性个人眼睛和脸部防护方法

光学品质

雾度

球镜、柱镜、分辨率和棱镜度及棱镜度偏差（平光）

球镜、柱镜和棱镜度及棱镜度偏差（处方镜和放大镜）

镜片落球抗冲击

金属部件抗腐蚀

最小覆盖区域

标志

通风

可置换或移除镜片的镜架要求

护目镜-可置换镜片

抗冲击等级保护装置要求

落锥测试

高速撞击

镜片穿透测试

处方镜片材料品质

处方镜片装配品质要求

抗光学辐射无色镜片要求

抗光学辐射滤光片

防液滴和喷雾

4、CSA Z94.3-2015眼镜和面部保护装置

抗冲击

燃烧速率

可置换部件

无色平光镜片尺寸

无色平光光学镜片光学度数允差

无色平光镜片分辨力

无色平光镜片棱镜度偏差

无色平光镜片可见光透射比

平光滤光镜片尺寸、光学度数、分辨棱、棱镜度偏差和雾度

平光滤光镜片光透射比

镜片耐久性（包括加热测试、潮气测试、抗UV辐射测试、阻燃性和燃烧速率）

平光特定用途镜片尺寸、光学度数、分辨棱、棱镜度偏差和雾度

安全防护眼镜-最低视野区域

视野角度

通风口

5、AS 1337.1-2010+A1:2012个人眼睛保护 - 第一部分：职业用途眼和面部保护装置

外观

尺寸

材料和表面质量

视光区域

光学度数

低速冲击要求

中速冲击要求

穿透测试

通风性

温度稳定性

飞溅液体保护

高温保护

声称透射比要求

6、JIS T 8141:2003 抗光学辐射 - 个人眼睛保护装置

结构、材料和外观

抗冲击

颜色

透射性能

抗UV辐射

遮光镜片和遮光板

镜架保持力

头带强度

清洁适宜性（抵抗力）

镜片尺寸

7、AS/NZS 1337.6:2012个人眼睛保护 - 第六部分：抵抗低速和中等冲击处方眼镜保护装置

镜片一般要求

镜片材料要求

最低镜片厚度要求

抗低速冲击要求

尺寸（视野区域）

抗中等冲击要求