

# 一次性医用防护服检测报告的有效期

产品名称	一次性医用防护服检测报告的有效期
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

医用防护服对于医院、疾控中心以及突发应急事故处理部门，常接触到细菌和，或者辐射，如果没有人员没有穿戴医疗防护用品做好相关防护措施，人员被感染几率将大大增加。

通过了解医用防护服物理及化学防护性能，提前掌握医用防护服相关标准，让我们能更好的做好个人安全防护，保障自身职业安全健康。

### 1、液体阻隔功能

抗渗水性：医用防护服关键部位静水压应不低于1.67kPa

透湿量：医用防护服透湿量应不小于2500g/（m<sup>2</sup>\*d）

抗合成血液穿透性：医用防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa

表面抗湿性：医用防护服外侧面沾水等级应不低于3级

2、断裂强力：医用防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N

3、断裂伸长率：医用防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%

4、过滤效率：防化服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%

5、阻燃性能：具有阻燃性能的医用防护服应符合下列要求：损毁长度不大于20mm，续燃时间不超过15s，阴燃时间不超过10s。

6、抗静电性：医用防护服的带电量应不大于0.6μ /件

7、静电衰减性能：医用防护服静电衰减时间不超过0.5s

医用防护服应符合GB15979-2002中微生物指标的要求，包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的防护服应无菌。所以国内生产及销售的合格医用防护服必须符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，厂家必须出具相关检测报告。

具体详情联系航天检测林经理：13148813770