

一次性医用防护服灭菌后环氧乙烷不超过多少合格

产品名称	一次性医用防护服灭菌后环氧乙烷不超过多少合格
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

表面抗湿性

防护服外侧面沾水等级应不低于3级的要求。

断裂强力

防护服关键部位材料的断裂强力应不小于45N.

断裂伸长率

防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。

过滤效率

防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。

阻燃性能

具有阻燃性能的防护服应符合下列要求:

- 损毁长度不大于200 mm;
- 续燃时间不超过15s;
- 阴燃时间不超过 10s.;

家

抗静电性

防护服的带电量应不大于0.6 pC/件。

静电衰减性能

防护服材料静电衰减时间不超过0.5s.

皮肤刺激性

原发性刺激记分应不超过1。

微生物指标

防护服应符合 GB 15979 -2002 中微生物指标的要求，见表4.

环氧乙烷残留量

经环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷残留量应不超过10 μ g/go

具体详情联系航天检测林经理：13148813770