

一次性聚氯乙烯手套的出厂检测项目

产品名称	一次性聚氯乙烯手套的出厂检测项目
公司名称	国瑞中安集团CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123734926 18123734926

产品详情

在当前武汉战“役”中，一次性医用橡胶手套作为不可循环利用的重要医疗物资，也是属于紧缺产品。医生一次诊断、一次配药、一次手术后都要换掉，除此之外，护士在隔离区照顾病患，也需要手套进行防护。所以制作生产医用橡胶手套不仅要考虑一次使用的成本，还要考虑各方面的使用性能，虽然实际使用时间短，但医用橡胶手套的生产过程是要经过消毒等一系列工序，所以[医用橡胶手套检测](#)应具有上述性能外，生产和贮存过程中还应具有耐热性和耐老化性。

一次性使用灭菌橡胶外科手套检测

一次性外科手套检测，主要可参考GB 7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》中的规定来执行。具体检测项目有物理尺寸的测定，主要包括对长度、宽度、厚度的测定。检测手套渗漏性能可以通过不透水性试验测定。手套拉伸性能需要检测老化前的扯断力和扯断伸长率、老化后的扯断力和扯断伸长率、300%定伸负荷。此外还需要检测手套的灭菌效果。

一次性使用医用橡胶检查手套检测

一次性检查手套，主要可参考GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》中的规定来

执行。一次性检查手套的检测项目基本与外科手套一致。只是在拉伸性能上取消了300%的定伸负荷一项。当然，在具体指标要求上，一次性检查手套较外科手套宽松许多。

一次性使用聚氯乙烯医用检查手套检测

一次性聚氯乙烯检查手套，可参考GB24786-2009《一次性使用聚氯乙烯医用检查手套》来检测。聚氯乙烯检查手套属于检查手套范畴，所以检测项目基本与一次性检查手套一致。但是在原料上规定上。因为一次性检查手套更为广泛，包含了配合天然橡胶胶乳、配合丁腈橡胶胶乳、配合丁苯橡胶胶乳、热塑性弹性体溶液等更多质量的规定。