

# 医用真空负压站品牌 真空负压站品牌 科创真空公司

产品名称	医用真空负压站品牌 真空负压站品牌 科创真空公司
公司名称	北京科创鼎新真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区科技园区仁和路4号3幢321房间
联系电话	18510826675 18510826675

## 产品详情

### 真空负压站的减振法

1、真空负压站系统对传动系统进行改造。为减少电机、传动轴的振动向真空负压站系统传递，移动式真空负压站品牌，把真空负压站系统与传动轴之间的刚性连接改为弹性连接。电机、传动轴的振动可以通过弹性联轴器得到补偿，不会直接传递到真空负压站系统。

2、真空负压站系统加强管路刚度。考虑到对真空负压站系统进行加固比较困难，采取在出口钢管焊接“加强筋”的办法。沿进出水方向，在真空负压站系统出口渐扩管与出水阀门之间的连接钢管两端法兰，用8条厚度为32mm、宽度为100mm的钢板进行焊接。增加钢管的刚度，减少变形量，医用真空负压站品牌，抵抗位移。经测量，加筋后，真空负压站系统A点的位移量降至0.35mm。在一些场合，真空负压站品牌，比如需要抽取真空不是很频繁的情况下可以使用真空负压站，能节省一部分真空。它的减振法，其实可以减少它的振动，让设备的运行更加稳定。

### 真空负压站真空泵故障诊断与维修技巧

转动部件转动困难或有磨擦

轴弯曲

解决方法：校直轴或按要求进行更换。

耐磨环之间的运行间隙不正确

解决方法：检查间隙是否正确。按要求更换真空泵壳或叶轮的耐磨环。

真空泵壳上管道的应力太大

解决方法：消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后，检查对中情况。

轴或叶轮环摆动太大

解决方法：检查转动部件和轴承，按要求更换磨损或损坏的部件。

叶轮和真空泵壳耐磨环之间有脏物，真空泵壳耐磨环中有脏物

解决方法：清洁和检查耐磨环，按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。

## 真空负压站

真空负压站（又名真空发生装置、水循环式真空泵站等）是以二台水环真空泵作为真空获得设备，以真空罐作为真空存储设备的成套系统。对于频繁使用真空源而所需抽气量不太大的场合下，该系统比直接使用真空泵大大节约了能源，并有效提高了真空泵的使用寿命。

想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！科创真空竭诚为您服务！！

医用真空负压站品牌-真空负压站品牌-科创真空公司(查看)由北京科创鼎新真空技术有限公司提供。医用真空负压站品牌-真空负压站品牌-科创真空公司(查看)是北京科创鼎新真空技术有限公司（[www.bjkcva.com](http://www.bjkcva.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。