

# 医用防护口罩GB19083检测项目

产品名称	医用防护口罩GB19083检测项目
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	广东广分质检:口罩检测 广东广分质检:熔喷布检测 广东广分质检:热风棉检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

本次罗列了国内口罩生产主要参照的测试标准如下：

GB 2626-2006 呼吸防护用品

GB 19083 医用防护口罩

GB/T 32610日常防护型口罩

YY 0469 医用外科口罩

YY/T 0969 一次性使用医用口罩

### 1.断裂、静拉力测试项目

呼阀盖轴向拉力(10N,10S或50N,10不应出现滑脱、断裂、变形S)、头带和面罩罩体牢固度、连接和连接部件轴向拉力

GB 2626-2006 呼吸防护用品

口罩带和口罩体连接点的断裂 不小于10N

GB 19083用防护口罩

口罩带及口罩带与罩体的连接处的 大于等于20N

GB/T 32610日常防护型口罩

断裂

呼气阀盖牢度(10N,10S)

口罩带断裂

YY 0469 用外科口罩

口罩带静拉力

YY/T 0969 一次性使用用口罩

以下为测试项目及要求：

## 推荐设备

### 2.通气阻力及压力差测试项目

呼阻力	总气阻力不大于350pa，总呼气阻力不大于250pa	GB 2626-2006 呼防护用品
气流阻力	气体流量85L/min，气阻力不得超过343.2pa（35mmH <sub>2</sub> O）	
呼阻力	气阻力小于等于175pa；呼气阻力小于等于145pa	
压力差	不大于49pa	
通气阻力	不大于49pa/cm <sup>2</sup>	

### 3.颗粒过滤效率测试项目

过滤效率按照标准规定，分为三个等级要求。其中一级为过滤效率大于95%。

### 4.检测

残留量不超过10 μg/g

### 5.口罩合成液穿透测试项目

### 6.阻燃性能试验项目

口罩应不具有易燃性。

### 7.耐摩擦色牢度测试项目

参照方法类标准GB 29865，色牢度要求 4。

### 8.镜片落球冲击测试项目

要求是镜片应不破碎或产生裂纹。